

DATOS DEL CLIENTE	IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO
Cliente: <u>Clinica los Rosales</u>	Equipo: <u>Ventilador de paciente</u>
Contacto: <u>Jose Luis Aguirre</u>	Marca: <u>Conclucion</u>
Teléfono: <u>3113208717</u>	Modelo: <u>VCLA</u>
Ciudad: <u>Bermejo</u>	S/N: <u>CAT041967</u>
Contrato: _____	Ubicación: _____
Daño fuera de Garantía: _____	Placa: <u>1167</u>

TIPO DE SERVICIO					
☐ Alistamiento	☐ Calibración	☐ Capacitación	☐ Correctivo	☐ Cortesía	
☐ Demostración	☐ Diagnóstico	☐ Instalación	☐ Otro	☒ Preventivo	

TIPO DE PROBLEMA					
☐ Electrónico	☐ Neumático	☐ Producto	☐ Software	☐ Otro	Cual: _____

TIPO DE ELEMENTO					
LÍNEA COMUNICACIONES	LÍNEA ANALÍTICA	LÍNEA MÉDICA			
☐ Periférico	☐ Filtro Emisor/Exhalación	☐ Amplificador	☐ Electrodo	☐ Manguera	☐ Reactivo
☐ Reinstalaciones de Firmware	☐ Filtro de Solución Refrigerante	☐ Batería	☐ Filtro	☐ Manómetro	☐ Sensor
☐ Reinstalaciones de Software	☐ Fuente	☐ Cable	☐ Flujoómetro	☐ Mezclador	☐ Software
☐ Reparación Completa	☐ Relevé	☐ Celda O2	☐ Fuente	☐ Módulo	☐ Tarjeta
☐ Reparación Componentes	☐ Sonda de Bloqueo	☐ Compresor	☐ Impresora	☐ Motor	☐ Touchscreen
☐ Reparación Estándar	☐ Sonda de Muestra	☐ Consola	☐ Indicador	☐ Operativo	☐ Transductor
☐ Tarjeta Principal	☐ Teclado	☐ CPU	☐ Instrumental	☐ Pantalla	☐ Turbina
☐ Otro:	☐ Válvula de Una Vía	☐ Cto. Paciente	☐ Interfase	☐ Pistón	☐ Válvula
	☐ Otro:	☐ Cubierta	☐ Lámpara	☐ Potenciómetro	☐ Otro

PROBLEMA:
<u>Visita #1 de guardia Mantenimiento Preventivo</u>

TRABAJOS REALIZADOS
<u>HTT:4147 - HTV:4147, Inspección general del equipo, limpieza general, Revisión</u>
<u>cup, flujo, calibración, todos, pantalla, teclado, indicadores, calibración</u>
<u>sensor de oxígeno de batería. Todos OK Verificación de</u>
<u>funcionamiento de ventilación incluidos en el protocolo adjunto.</u>

OBSERVACIONES:
<u>Ajuste del transductor flujo exhalatorio. Sensor de flujo que da en</u>
<u>observación por volúmenes altos.</u>

CLIENTE	DURACIÓN DEL TRABAJO	INSTRUMENTACIÓN S.A.
Nombre: <u>PP. María Alejandra López</u>	H. Llegada: <u>4:00 pm</u>	Nombre: <u>Edgar I. Muñoz C.</u>
Cargo: <u>Ing. Biomédica</u>	H. Salida: <u>5:30 pm</u>	Cargo: <u>Soporte Técnico</u>
Firma: <u>[Firma]</u>		Firma: <u>[Firma]</u>