

FECHA: 17/12/2020

DATOS DEL CLIENTE	IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO
Cliente: <u>GYO Medinol JPS SAS</u> Contacto: <u>Ing Eimer Castellano Gomez</u> Teléfono: <u>323 589 9214</u> Ciudad: <u>San Juan del Cesar - Guajira</u> Contrato: <u>USPS</u> Daño fuera de Garantia: <u>- 0 -</u>	Equipo: <u>Ventilador de Pared</u> Marca: <u>Ugarte</u> Modelo: <u>Volar con frenos de mano</u> S/N: <u>CA104945</u> Ubicación: <u>UG2</u> Placa: <u>/</u>

TIPO DE SERVICIO				
☐ Alistamiento	☐ Calibración	☐ Capacitación	☐ Correctivo	☐ Cortesía
☐ Demostración	☐ Diagnóstico	☐ Instalación	☐ Otro	☒ Preventivo

TIPO DE PROBLEMA

☐ Electrónico ☐ Neumático ☐ Producto ☐ Software ☒ Otro Cual: Preventivo

TIPO DE ELEMENTO		LÍNEA ANALÍTICA		LÍNEA MÉDICA							
LÍNEA COMUNICACIONES											
☐	Periférico	☐	Filtro Emisor/Exitación	☐	Amplificador	☐	Electrodo	☐	Manguera	☐	Reactivo
☐	Reinstalaciones de Firmware	☐	Filtro de Solución Refrigerante	☐	Batería	☐	Filtro	☐	Manómetro	☐	Sensor
☐	Reinstalaciones de Software	☐	Fuente	☐	Cable	☐	Flujometro	☐	Mezclador	☐	Software
☐	Reparación Completa	☐	Relevo	☐	Celda O2	☐	Fuente	☐	Módulo	☐	Tarjeta
☐	Reparación Componentes	☐	Sonda de Bloqueo	☐	Compresor	☐	Impresora	☐	Motor	☐	Touchscreen
☐	Reparación Estándar	☐	Sonda de Muestra	☐	Consola	☐	Indicador	☐	Operativo	☐	Transductor
☐	Tarjeta Principal	☐	Teclado	☐	CPU	☐	Instrumental	☐	Pantalla	☐	Turbina
☐	Otro:	☐	Válvula de Una Vía	☐	Oto. Paciente	☐	Interfase	☐	Pistón	☐	Válvula
		☐	Otro:	☐	Cubierta	☐	Lámpara	☐	Potenciómetro	☐	Otro

PROBLEMA: Visita de mantenimiento preventivo HTV: 465
HTF: 452

TRABAJOS REALIZADOS

Se realiza revisión general del estado físico y funcional del equipo. Se realiza Test UVT; prueba de fugas, calibración de sensor O_2 , prueba de batería, alarma, Port talk, leds, membranas. Test de desempeño en parámetros: Um, Vt, Paet, Pif, Ti, Te, Frecuencia, Z. Se realiza chequeo de verificación FIE.

OBSERVACIONES: se entrega equipo funcionando al lado y especificaciones del fabricante.

CLIENTE Nombre: <u>Einar Castellor G.</u> Cargo: <u>Gerente General</u> Firma: <u>[Signature]</u>	DURACIÓN DEL TRABAJO H. Llegada: <u>10:00 PM</u> H. Salida: <u>12:00 PM</u>	INSTRUMENTACIÓN S.A. Nombre: <u>Darwin Alcantara</u> Cargo: <u>Ing. Servicio Técnico</u> Firma: <u>[Signature]</u>
--	---	---