

DATOS DEL CLIENTE

Cliente: Sras Clinica Alta Complejidad
 Contacto: Ing Hureya
 Teléfono: _____
 Ciudad: Velldupur
 Contrato: 1ª Visita de garantía
 Daño fuera de Garantía: _____

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Equipo: Ventilador de paciente
 Marca: Corefusion
 Modelo: Vela - Comprehensive
 S/N: CAT04920
 Ubicación: V. C. I
 Placa: QR N° 14002

TIPO DE SERVICIO

☐ Alistamiento ☐ Calibración ☐ Capacitación ☐ Correctivo ☐ Cortesía
☐ Demostración ☐ Diagnóstico ☐ Instalación ☐ Otro ☒ Preventivo

TIPO DE PROBLEMA

☐ Electrónico ☐ Neumático ☐ Producto ☐ Software ☐ Otro Cual: _____

TIPO DE ELEMENTO

LÍNEA COMUNICACIONES

☐ Periférico
☐ Reinstalaciones de Firmware
☐ Reinstalaciones de Software
☐ Reparación Completa
☐ Reparación Componentes
☐ Reparación Estándar
☐ Tarjeta Principal
☐ Otro: _____

LÍNEA ANALÍTICA

☐ Filtro Emisor/Exhalación
☐ Filtro de Solución Refrigerante
☐ Fuente
☐ Relevo
☐ Sonda de Bloqueo
☐ Sonda de Muestra
☐ Teclado
☐ Válvula de Una Vía
☐ Otro: _____

LÍNEA MÉDICA

☐ Amplificador ☐ Electrodo ☐ Manguera ☐ Reactivo
☐ Batería ☐ Filtro ☐ Manómetro ☐ Sensor
☐ Cable ☐ Flujometro ☐ Mezclador ☐ Software
☐ Celda O2 ☐ Fuente ☐ Módulo ☐ Tarjeta
☐ Compresor ☐ Impresora ☐ Motor ☐ Touchscreen
☐ Consola ☐ Indicador ☐ Operativo ☐ Transductor
☐ CPU ☐ Instrumental ☐ Pantalla ☐ Turbina
☐ Cto. Paciente ☐ Interfase ☐ Pistón ☐ Válvula
☐ Cubierta ☐ Lámpara ☐ Potenciometro ☐ Otro

PROBLEMA:

Visita de mantenimiento preventivo

TRABAJOS REALIZADOS

Revisión general por estado y funcionamiento consistente en verificación de flujos, volúmenes, Pip, Peep, Vm, ti, relación I:E, fugas, frecuencia respiratoria, calibración sensor de O2, concentraciones de O2, recalibrados, pantalla sensible al tacto, teclado de membranas, pruebas a la batería, pruebas de desempeño del ventilador

OBSERVACIONES:

El ventilador se entrega funcionando correctamente de acuerdo a las especificaciones del fabricante

CLIENTE

Nombre: A. Hureya Valencia
 Cargo: C. Biomedica
 Firma: A. Hureya Valencia

DURACIÓN DEL TRABAJO

H. Llegada: 11:20
 H. Salida: 12:35

INSTRUMENTACIÓN S.A.

Nombre: Fernando Romero
 Cargo: S.T
 Firma: Fernando Romero