

DATOS DEL CLIENTE

Cliente: Clínica gestiona + Bienestar
 Contacto: Fabio Durán
 Teléfono: 31886965972
 Ciudad: Bucaramanga
 Contrato: _____
 Daño fuera de Garantía: _____

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Equipo: Ventilador de paciente
 Marca: Cvefusión
 Modelo: Vela
 S/N: CAT04927
 Ubicación: UCI
 Placa: N/A

TIPO DE SERVICIO

☐ Alistamiento ☐ Calibración ☐ Capacitación ☐ Correctivo ☐ Cortesía
☐ Demostración ☐ Diagnóstico ☐ Instalación ☐ Otro ☒ Preventivo

TIPO DE PROBLEMA

☐ Electrónico ☐ Neumático ☐ Producto ☐ Software ☐ Otro Cual: _____

TIPO DE ELEMENTO

LÍNEA COMUNICACIONES

☐ Periférico
☐ Reinstalaciones de Firmware
☐ Reinstalaciones de Software
☐ Reparación Completa
☐ Reparación Componentes
☐ Reparación Estándar
☐ Tarjeta Principal
☐ Otro: _____

LÍNEA ANALÍTICA

☐ Filtro Emisor/Exitación
☐ Filtro de Solución Refrigerante
☐ Fuente
☐ Relevé
☐ Sonda de Bloqueo
☐ Sonda de Muestra
☐ Teclado
☐ Válvula de Una Vía
☐ Otro: _____

LÍNEA MÉDICA

☐ Amplificador ☐ Electrodo ☐ Manguera ☐ Reactivo
☐ Batería ☐ Filtro ☐ Manómetro ☐ Sensor
☐ Cable ☐ Flujo metro ☐ Mezclador ☐ Software
☐ Celda O2 ☐ Módulo ☐ Tarjeta
☐ Compresor ☐ Impresora ☐ Motor ☐ Touchscreen
☐ Consola ☐ Indicador ☐ Operativo ☐ Transductor
☐ CPU ☐ Instrumental ☐ Pantalla ☐ Turbina
☐ Cto. Paciente ☐ Interfase ☐ Pistón ☐ Válvula
☐ Cubierta ☐ Lámpara ☐ Potenciómetro ☐ Otro

PROBLEMA:

Visita mantenimiento preventivo #1

TRABAJOS REALIZADOS

Inspección física y de funcionamiento, limpieza interna y externa, pruebas de OVP, LEDs, teclas, curvas, fugas, calibración de cada de O2, se hacen pruebas de desempeño de batería y parámetros ventilatorios, todas OK. Anex protocolo de mantenimiento

OBSERVACIONES:

CLIENTE

Nombre: Fabio Durán
 Cargo: Ing. Biomédico
 Firma: _____

DURACIÓN DEL TRABAJO

H. Llegada: 17:00
 H. Salida: 18:00

INSTRUMENTACIÓN S.A.

Nombre: Rodolfo Boyeta
 Cargo: Ing. Servicio Técnico
 Firma: _____