Instrumentación S.A.

Soluciones que mejoran la vida

ORDEN DE SERVICIO No. 11688

FECHA: 03 12 2020

DATOS DEL CLIENTE

Cliente: Instituto Cardiovascular del Cesar
Contacto: Ing. Mora Jorge
Teléfono:
Ciudad: Valledupar
Contrato:
Daño fuera de Garantía:

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Equipo: Ventilador de paciente
Marca: Covidien
Modelo: Vela Comprehensive
S/N: CAT04932L
Ubicación: Ua A
Placa: NIA

TIPO DE SERVICIO

☐ Alistamiento	☐ Calibración	☐ Capacitación	☒ Correctivo	☐ Cortesia
☐ Demostración	☐ Diagnóstico	☐ Instalación	☐ Otro	☑ Preventivo

TIPO DE PROBLEMA

☐ Electrónico ☐ Neumático ☒ Producto ☐ Software ☐ Otro Cual:

TIPO DE ELEMENTO

LÍNEA COMUNICACIONES	LÍNEA ANALÍTICA	LÍNEA MÉDICA			
☐ Periférico	☐ Filtro Emisor/Exitación	☐ Amplificador	☐ Electrodo	☐ Manguera	☐ Reactivo
☐ Reinstalaciones de Firmware	☐ Filtro de Solución Refrigerante	☐ Batería	☐ Filtro	☐ Manómetro	☐ Sensor
☐ Reinstalaciones de Software	☐ Fuente	☐ Cable	☐ Flujometro	☐ Mezclador	☐ Software
☐ Reparación Completa	☐ Relevo	☐ Celda O2	☐ Fuente	☐ Módulo	☐ Tarjeta
☐ Reparación Componentes	☐ Sonda de Bloque	☐ Compresor	☐ Impresora	☐ Motor	☐ Touchscreen
☐ Reparación Estándar	☐ Sonda de Muestra	☐ Consola	☐ Indicador	☐ Operativo	☐ Transductor
☐ Tarjeta Principal	☐ Teclado	☐ CPU	☐ Instrumental	☐ Pantalla	☐ Turbina
☐ Otro:	☐ Válvula de Una Vía	☐ Cto. Paciente	☐ Interfase	☐ Pistón	☐ Válvula
	☐ Otro:	☐ Cubierta	☐ Lámpara	☐ Potenciómetro	☐ Otro

PROBLEMA:

Visita programada de mantenimiento preventivo

TRABAJOS REALIZADOS

Se realiza revision general por estado y funcionamiento, Verificación de Volumenes, PEEP, PIP, Frecuencia Respiratoria, Relación I:E, Ti, Concentraciones de O_2, Se realiza pruebas de fugas, alarmas, luces, membranas, bateria y Calibracion de Celda de O_2, Se realiza Verificación de funcionamiento del nebulizador, pantalla tactil y limpieza del filtro de refrigeración.

OBSERVACIONES:

Equipo funciona dentro de los parametros del fabricante

CLIENTE	DURACIÓN DEL TRABAJO	INSTRUMENTACIÓN S.A.
Nombre: Eloisa Jorge Romero	H. Llegada: 9:15	Nombre: Deily Catherine Calderon
Cargo: Hgmd Bionca	H. Salida: 11:00	Cargo: Ing I ST
Firma: Eloisa Jorge Romero		Firma: