

DATOS DEL CLIENTE

Cliente: Instituto Cardiorrespiratorio del Cesar
Contacto: Ing. Jesús T/AT
Teléfono: 300 550 7710
Ciudad: Valledupar
Contrato:
Daño fuera de Garantía:

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Equipo: Ventilador
Marca: ConFusion
Modelo: Vela comprehensiv
S/N: CAT 04932
Ubicación: UGJ
Placa:

TIPO DE SERVICIO

☐ Alistamiento ☐ Calibración ☐ Capacitación ☐ Correctivo ☐ Cortesía
☐ Demostración ☐ Diagnóstico ☐ Instalación ☐ Otro ☒ Preventivo

TIPO DE PROBLEMA

☐ Electrónico ☐ Neumático ☐ Producto ☐ Software ☐ Otro Cual:

PROBLEMA:

Vista #2 de mantenimiento preventivo por garantía

TRABAJOS REALIZADOS

Verificación por estado físico y funcional, pruebas RT: leds, membrana, alarmas, fuga, cal O2, prueba de desempeño de batería, parámetros ventiladores y limpieza general, otro protocolo de mantenimiento.

OBSERVACIONES:

Equipo en correcto funcionamiento.

CLIENTE

Nombre: Jairo David Díaz
Cargo: Ing. Biomedico
Firma:

DURACIÓN DEL TRABAJO

H. Llegada: 11 am
H. Salida: 12:30 pm

INSTRUMENTACIÓN S.A.

Nombre: Karen Florry C.
Cargo: Ing. Soporte Técnico
Firma: