

DATOS DEL CLIENTE

Cliente: Clínica Maicao
Contacto: Harold Delgado
Teléfono: 301 783 9783
Ciudad: Maicao.
Contrato:
Daño fuera de Garantía:

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Equipo: Ventilador
Marca: Conetus.or
Modelo: Vela comprehensiva
S/N: CM04934
Ubicación: UCI.
Placa:

TIPO DE SERVICIO

☐ Alistamiento ☐ Calibración ☐ Capacitación ☐ Correctivo ☐ Cortesía
☐ Demostración ☐ Diagnóstico ☐ Instalación ☐ Otro ☒ Preventivo

TIPO DE PROBLEMA

☐ Electrónico ☐ Neumático ☐ Producto ☐ Software ☐ Otro Cual:

PROBLEMA:

2da mantenimiento preventivo por garantía.

TRABAJOS REALIZADOS

Verificación de estado físico y funcional, test ui: leds, membrana, alarmas, fuga, caloz, prueba de desempeño de batería, parámetros ventiladores y limpieza general, se realizó protocolo de mantenimiento.

OBSERVACIONES:

Equipo en correcto funcionamiento.

CLIENTE

Nombre: Harold Delgado
Cargo: Bromedico
Firma: [Firma]

DURACIÓN DEL TRABAJO

H. Llegada: 12:30pm
H. Salida: 2 pm

INSTRUMENTACIÓN S.A.

Nombre: Karen Monroy C.
Cargo: Ing. Servicio Técnico
Firma: [Firma]