

Instrumentación S.A.

Soluciones que mejoran la vida

ORDEN DE SERVICIO No. **14658**FECHA: 15/07/2021**DATOS DEL CLIENTE**

Cliente: Hospital Nuestra Señora Del Tránsito
 Contacto: _____
 Teléfono: _____
 Ciudad: Tocancipa
 Contrato: BOGOTÁ
 Daño fuera de Garantía: N/A

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Equipo: Ventilador de Paciente
 Marca: Vicare / CAPEFON
 Modelo: Vela
 S/N: CAT04938
 Ubicación: UCL CUID-ADULTO
 Placa: N/A

TIPO DE SERVICIO

☐ Alistamiento ☐ Calibración ☐ Capacitación ☐ Correctivo ☐ Cortesía
☐ Demostración ☐ Diagnóstico ☐ Instalación ☐ Otro ☒ Preventivo

TIPO DE PROBLEMA

☐ Electrónico ☐ Neumático ☐ Producto ☐ Software ☐ Otro Cual: _____

PROBLEMA:

Ningun problema reportado. Visita de mantenimiento
Preventivo.

TRABAJOS REALIZADOS

- Verificación en general del equipo por estado y funcionamiento
- Se realizan pruebas UVI = Luces, Fugas, Interrupciones, Tono y
Cal del sensor de O2 = OK - Verificación de Volumen = Se
encuentra fuera del rango. Se realiza ajuste.
Verificación de parámetros = V_T, V_E, V_M, P_{TP}, P_{EEP}, Frecuencia,
I:E, Tiempos y F_{IR} = Valores dentro del rango.
- Verificación del cable del transporte = OK - Pruebas finales = OK

OBSERVACIONES:

Verificación del funcionamiento de: alarma, Pantalla, batería, mezclador, nebulizador = OK.
Se anexa protocolo de mantenimiento preventivo y
se entrega el equipo funcionando correctamente.

CLIENTE

Nombre: CAMILIO MORENO
 Cargo: BIOMEDICO
 Firma: CAMILIO MORENO

DURACIÓN DEL TRABAJO

H. Llegada: 9:00
 H. Salida: 11:30

INSTRUMENTACIÓN S.A.

Nombre: Genny Bañera
 Cargo: SOPORTE
 Firma: Genny Bañera