

**Instrumentación S.A.**

Soluciones que mejoran la vida

ORDEN DE SERVICIO No. 12862

FECHA: 18 02 2021

**DATOS DEL CLIENTE**

Cliente: Sres Hospital Militar Central  
 Contacto: Capitan Nancy Chaparro  
 Teléfono: \_\_\_\_\_  
 Ciudad: Bogotá  
 Contrato: Garantía  
 Daño fuera de Garantía: \_\_\_\_\_

**IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO**

Equipo: Ventilador de paciente  
 Marca: Corporación  
 Modelo: Vela-Comprehensive  
 S/N: CATO4939  
 Ubicación: U.C.I COVID  
 Placa: \_\_\_\_\_

**TIPO DE SERVICIO**

☐ Alistamiento ☐ Calibración ☐ Capacitación ☐ Correctivo ☐ Cortesía  
☐ Demostración ☐ Diagnóstico ☐ Instalación ☐ Otro ☒ Preventivo

**TIPO DE PROBLEMA**

☐ Electrónico ☐ Neumático ☐ Producto ☐ Software ☐ Otro Cual: \_\_\_\_\_

**TIPO DE ELEMENTO****LÍNEA COMUNICACIONES**

☐ Periférico  
☐ Reinstalaciones de Firmware  
☐ Reinstalaciones de Software  
☐ Reparación Completa  
☐ Reparación Componentes  
☐ Reparación Estándar  
☐ Tarjeta Principal  
☐ Otro: \_\_\_\_\_

**LÍNEA ANALÍTICA**

☐ Filtro Emisor/Exhalación  
☐ Filtro de Solución Refrigerante  
☐ Fuente  
☐ Relevé  
☐ Sonda de Bloqueo  
☐ Sonda de Muestra  
☐ Teclado  
☐ Válvula de Una Vía  
☐ Otro: \_\_\_\_\_

**LÍNEA MÉDICA**

☐ Amplificador ☐ Electrodo ☐ Manguera ☐ Reactivo  
☐ Batería ☐ Filtro ☐ Manómetro ☐ Sensor  
☐ Cable ☐ Flujoómetro ☐ Mezclador ☐ Software  
☐ Celda O2 ☐ Fuente ☐ Módulo ☐ Tarjeta  
☐ Compresor ☐ Impresora ☐ Motor ☐ Touchscreen  
☐ Consola ☐ Indicador ☐ Operativo ☐ Transductor  
☐ CPU ☐ Instrumental ☐ Pantalla ☐ Turbina  
☐ Cto. Paciente ☐ Interfase ☐ Pistón ☐ Válvula  
☐ Cubierta ☐ Lámpara ☐ Potenciómetro ☐ Otro

**PROBLEMA:**

Visita de mantenimiento preventivo

**TRABAJOS REALIZADOS**

Revisión general por estado y funcionamiento, verificación de volúmenes, flujos, Pip, Peep, Vm, relación I:E, fugas, concentraciones de O2, alarmas, leds, membranas, pantalla, sensible al tacto, nebulizador, calibración celda O2, pruebas a las baterías, pruebas de desempeño del ventilador, citas pasan exitosamente

**OBSERVACIONES:**

El ventilador se entrega funcionando correctamente de acuerdo a las especificaciones del fabricante

**CLIENTE**

Nombre: Martha Lucía Pinzon  
 Cargo: SMCM

Firma: Martha P**DURACIÓN DEL TRABAJO**H. Llegada: 15:00H. Salida: 16:30**INSTRUMENTACIÓN S.A.**

Nombre: Fernando Pao  
 Cargo: S.T

Firma: [Firma]