

Instrumentación S.A.

Soluciones que mejoran la vida

ORDEN DE SERVICIO No. 12127

FECHA: 9/1/12 / 2012

DATOS DEL CLIENTE	IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO
Cliente: Centro médico San Luis	Equipo: Ventilador de Paciente.
Contacto:	Marca: Carefusion
Teléfono:	Modelo: Vela Comprehensive
Ciudad: Cúcuta	S/N: CAT04941
Contrato:	Ubicación:
Daño fuera de Garantía:	Placa:

TIPO DE SERVICIO				
☐ Alistamiento	☐ Calibración	☐ Capacitación	☐ Correctivo	☐ Cortesía
☐ Demostración	☐ Diagnóstico	☐ Instalación	☐ Otro	☒ Preventivo

TIPO DE PROBLEMA	
☐ Electrónico	☐ Neumático
☐ Producto	☐ Software
☐ Otro	Qual: _____

TIPO DE ELEMENTO		
LÍNEA COMUNICACIONES	LÍNEA ANALÍTICA	LÍNEA MÉDICA
☐ Periférico	☐ Filtro Emisor/Exhalación	☐ Amplificador
☐ Reinstalaciones de Firmware	☐ Filtro de Solución Refrigerante	☐ Batería
☐ Reinstalaciones de Software	☐ Fuente	☐ Cable
☐ Reparación Completa	☐ Relajo	☐ Celda O2
☐ Reparación Componentes	☐ Sonda de Bloqueo	☐ Compresor
☐ Reparación Estándar	☐ Sonda de Muestra	☐ Consola
☐ Tarjeta Principal	☐ Teclado	☐ CPU
☐ Otro:	☐ Válvula de Una Vía	☐ Cto. Paciente
	☐ Otro:	☐ Gubierta
		☐ Electrodo
		☐ Filtro
		☐ Flujo metro
		☐ Fuente
		☐ Impresora
		☐ Indicador
		☐ Instrumental
		☐ Intertase
		☐ Lámpara
		☐ Manguera
		☐ Manómetro
		☐ Mezclador
		☐ Módulo
		☐ Motor
		☐ Operativo
		☐ Pantalla
		☐ Pistón
		☐ Potenciometro
		☐ Reactivo
		☐ Sensor
		☐ Software
		☐ Tarjeta
		☐ Touchscreen
		☐ Transductor
		☐ Turbina
		☐ Válvula
		☐ Otro

PROBLEMA:
Lista programada de mantenimiento preventivo

TRABAJOS REALIZADOS
Se realiza mantenimiento preventivo según protocolo, se realizan pruebas de funcionamiento, verificación de parámetros y estado físico, se realizan test y limpieza del filtro de refrigeración.

OBSERVACIONES:
Equipo en correcto funcionamiento, limpiar con mas frecuencia filtro de refrigeración.

CLIENTE	DURACIÓN DEL TRABAJO	INSTRUMENTACIÓN S.A.
Nombre: Cristian Iltano		Nombre: Karen Elompy C.
Cargo: Coordinador Biomédico	H. Llegada: 10:50 am	Cargo: Ing. Soporte Técnico
Firma: [Firma]	H. Salida: 12:05 pm	Firma: [Firma]