

DATOS DEL CLIENTE	IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO
Cliente: Hospital Rosario Pumaroso de Lopez	Equipo: Ventilador de Paciente
Contacto: Ing Oscar Restrepo	Marca: Vyaire
Teléfono: 300 420 2121	Modelo: Vela Comprehensive
Ciudad: Valledupar	S/N: CAT 04983
Contrato: NPS	Ubicación: UCI
Daño fuera de Garantía: - 0 -	Placa: 012-01831

TIPO DE SERVICIO				
☐ Alistamiento	☐ Calibración	☐ Capacitación	☐ Correctivo	☐ Cortesía
☐ Demostración	☐ Diagnóstico	☐ Instalación	☐ Otro	☒ Preventivo

TIPO DE PROBLEMA	
☐ Electrónico	☐ Neumático
☐ Producto	☐ Software
☒ Otro	Cual: Preventivo

TIPO DE ELEMENTO			
LÍNEA COMUNICACIONES	LÍNEA ANALÍTICA	LÍNEA MÉDICA	
☐ Periférico	☐ Filtro Emisor/Exhalación	☐ Amplificador	☐ Electrodo
☐ Reinstalaciones de Firmware	☐ Filtro de Solución Refrigerante	☐ Batería	☐ Filtro
☐ Reinstalaciones de Software	☐ Fuente	☐ Cable	☐ Flujo metro
☐ Reparación Completa	☐ Relevo	☐ Celda O2	☐ Fuente
☐ Reparación Componentes	☐ Sonda de Bloqueo	☐ Compresor	☐ Impresora
☐ Reparación Estándar	☐ Sonda de Muestra	☐ Consola	☐ Indicador
☐ Tarjeta Principal	☐ Teclado	☐ CPU	☐ Instrumental
☐ Otro:	☐ Válvula de Una Vía	☐ Cto. Paciente	☐ Interfase
	☐ Otro:	☐ Cubierta	☐ Lámpara
		☐ Manguera	☐ Manómetro
		☐ Mezclador	☐ Módulo
		☐ Motor	☐ Operativo
		☐ Pantalla	☐ Pistón
		☐ Potenciometro	☐ Reactivo
		☐ Sensor	☐ Software
		☐ Tarjeta	☐ Touchscreen
		☐ Transductor	☐ Turbina
		☐ Válvula	☐ Otro

PROBLEMA:
Visita de mantenimiento Preventivo
HIV: 153
HTI: 153

TRABAJOS REALIZADOS
Se realiza revisión general del estado físico y funcional del equipo. Se realiza Test OVI; Prueba de fugas, calibración de sensor de O2, Prueba de alarmas, batería, pantalla, membranas, leds. Test de desempeño en Parámetros: Vm, Ut, PEEP, PIP, Te, FiO2, frecuencia, % fíor. Se utiliza equipo de verificación TSI.

OBSERVACIONES:
Se entrega equipo funcionando acorde a las especificaciones del fabricante.

CLIENTE	DURACIÓN DEL TRABAJO	INSTRUMENTACIÓN S.A.
Nombre: Oscar Restrepo	H. Llegada: 2:00 PM	Nombre: Daniel Alcantara
Cargo: Ingeniero	H. Salida: 4:00 PM	Cargo: Ing. Servicio Técnico
Firma: Oscar Restrepo		Firma: [Firma]