

DATOS DEL CLIENTE

Cliente: Clínica del Cesa
Contacto:
Teléfono:
Ciudad: Valledupar
Contrato:
Daño fuera de Garantía:

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Equipo: Ventilador
Marca: Conetwion
Modelo: Vela comprehensice
S/N: CAT04984
Ubicación: UCI
Placa:

TIPO DE SERVICIO

☐ Alistamiento ☐ Calibración ☐ Capacitación ☐ Correctivo ☐ Cortesía
☐ Demostración ☐ Diagnóstico ☐ Instalación ☐ Otro ☒ Preventivo

TIPO DE PROBLEMA

☐ Electrónico ☐ Neumático ☐ Producto ☐ Software ☐ Otro Cual:

PROBLEMA:

Visita #2 de mantenimiento preventivo por garantía

TRABAJOS REALIZADOS

Verificación de estado físico y funcional, Pruebas UT leds, membrana, alarmas, fuga, cal 02, prueba de desempeño de batería, parámetros ventiladores y limpieza general.

OBSERVACIONES:

Equipo en correcto funcionamiento.

CLIENTE

Nombre: DIANA ORATE
Cargo: Jny Bionética
Firma: D24

DURACIÓN DEL TRABAJO

H. Llegada: 2:30 pm
H. Salida: 4:40 pm

INSTRUMENTACIÓN S.A.

Nombre: Karen Monroy C.
Cargo: Ing. Soporte Técnico
Firma: Karen