

DATOS DEL CLIENTE	IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO
Cliente: Hospital Susana Lopez	Equipo: Ventilador
Contacto: Ing. Ingrid Castaño	Marca: Carefusion
Teléfono: 321 7262643	Modelo: VELA Comprehensive
Ciudad: Popayan	S/N: CATO 4985
Contrato: MSPS	Ubicación: UCI
Daño fuera de Garantía: — 0 —	Placa: 11917

TIPO DE SERVICIO					
☐ Alistamiento	☐ Calibración	☐ Capacitación	☒ Correctivo	☐ Cortesia	
☐ Demostración	☐ Diagnóstico	☐ Instalación	☐ Otro	☐ Preventivo	

TIPO DE PROBLEMA	
☒ Electrónico	☐ Neumático
☐ Producto	☐ Software
☐ Otro	Cual: _____

TIPO DE ELEMENTO			
LÍNEA COMUNICACIONES	LÍNEA ANALÍTICA	LÍNEA MÉDICA	
☐ Periférico	☐ Filtro Emisor/Exhalación	☐ Amplificador	☐ Electrodo
☐ Reinstalaciones de Firmware	☐ Filtro de Solución Refrigerante	☐ Batería	☐ Filtro
☐ Reinstalaciones de Software	☐ Fuente	☐ Cable	☐ Flujo metro
☐ Reparación Completa	☐ Relevé	☐ Celda O2	☒ Fuente
☐ Reparación Componentes	☐ Sonda de Bloqueo	☐ Compresor	☐ Impresora
☐ Reparación Estándar	☐ Sonda de Muestra	☐ Consola	☐ Indicador
☐ Tarjeta Principal	☐ Teclado	☐ CPU	☐ Instrumental
☐ Otro:	☐ Válvula de Una Vía	☐ Cto. Paciente	☐ Interfase
	☐ Otro:	☐ Cubierta	☐ Lámpara
			☐ Manguera
			☐ Manómetro
			☐ Mezclador
			☐ Módulo
			☐ Motor
			☐ Operativo
			☐ Pantalla
			☐ Pistón
			☐ Potenciometro
			☐ Reactivo
			☐ Sensor
			☐ Software
			☒ Tarjeta
			☐ Touchscreen
			☐ Transductor
			☐ Turbina
			☐ Válvula
			☐ Otro

PROBLEMA:
Diagnostico x fallo de motor / cambio tarjeta driver de turbina y fuente

TRABAJOS REALIZADOS
Verificación estructural y funcionalidad, error log indica múltiples alarmas de fallo de motor, test de fugas (OK), se cambia tarjeta driver de turbina ref. BIZABRDO SIN=84226-1148 y se instala SIN=84210-1349. Se cambia fuente ref. J6351 SIN=NHB2182208A176 y se instala SIN=NHB227320AG031, horas de uso=84, test de fugas x 10 intentos (OK), test UVT (OK). Equipo en optimas condiciones para su uso.

OBSERVACIONES:
Equipo queda en pruebas de seguimiento.

CLIENTE	DURACIÓN DEL TRABAJO	INSTRUMENTACIÓN S.A.
Nombre: Gema Manzano	H. Llegada: 10 AM	Nombre: Cristhian C. Escobar A
Cargo: Técnico Pionero	H. Salida: 1:30 PM	Cargo: Ing. Soporte Técnico
Firma: Gema Manzano		Firma: [Firma]