

DATOS DEL CLIENTE	IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO
Cliente: <u>Sras Clinica Alta Complejidad</u>	Equipo: <u>Ventilador de paciente</u>
Contacto: <u>Ing Mireya</u>	Marca: <u>Carefusion</u>
Teléfono: _____	Modelo: <u>Vela-Comprehensive</u>
Ciudad: <u>Valledupar</u>	S/N: <u>CATO 4883</u>
Contrato: <u>1ª Visita de mantenimiento Preventivo</u>	Ubicación: <u>U. C I</u>
Daño fuera de Garantía: _____	Placa: <u>QR # 14007</u>

TIPO DE SERVICIO				
☐ Alistamiento	☐ Calibración	☐ Capacitación	☐ Correctivo	☐ Cortesía
☐ Demostración	☐ Diagnóstico	☐ Instalación	☐ Otro	☒ Preventivo

TIPO DE PROBLEMA	
☐ Electrónico	☐ Neumático
☐ Producto	☐ Software
☐ Otro	Cual: _____

TIPO DE ELEMENTO		
LÍNEA COMUNICACIONES	LÍNEA ANALÍTICA	LÍNEA MÉDICA
☐ Periférico	☐ Filtro Emisor/Exhalación	☐ Amplificador
☐ Reinstalaciones de Firmware	☐ Filtro de Solución Refrigerante	☐ Batería
☐ Reinstalaciones de Software	☐ Fuente	☐ Cable
☐ Reparación Completa	☐ Relevó	☐ Celda O2
☐ Reparación Componentes	☐ Sonda de Bloqueo	☐ Compresor
☐ Reparación Estándar	☐ Sonda de Muestra	☐ Consola
☐ Tarjeta Principal	☐ Teclado	☐ CPU
☐ Otro:	☐ Válvula de Una Vía	☐ Cto. Paciente
	☐ Otro:	☐ Cubierta
		☐ Electrodo
		☐ Filtro
		☐ Flujoómetro
		☐ Fuente
		☐ Impresora
		☐ Indicador
		☐ Instrumental
		☐ Interfase
		☐ Lámpara
		☐ Manguera
		☐ Manómetro
		☐ Mezclador
		☐ Módulo
		☐ Motor
		☐ Operativo
		☐ Pantalla
		☐ Pistón
		☐ Potenciómetro
		☐ Reactivo
		☐ Sensor
		☐ Software
		☐ Tarjeta
		☐ Touchscreen
		☐ Transductor
		☐ Turbina
		☐ Válvula
		☐ Otro

PROBLEMA:
<u>Visita de mantenimiento preventivo</u>

TRABAJOS REALIZADOS
<u>Revisión general por estado y funcionamiento consistente en verificación de volúmenes, flujos, Pip, Peep, Vm, ti, relación I:E, fugas, o larmas, frecuencia respiratoria, Calibración del sensor de O2, Concentraciones de oxígeno, nebulizador, pantalla sensible al tacto, teclado de membrana, pruebas a la batería, pruebas finales de desempeño del ventilador</u>

OBSERVACIONES:
<u>El ventilador se entrega funcionando correctamente de acuerdo a las especificaciones del fabricante</u>

CLIENTE	DURACIÓN DEL TRABAJO	INSTRUMENTACIÓN S.A.
Nombre: <u>Mireya Valencia</u>	H. Llegada: <u>13:30</u>	Nombre: <u>Fernando Romero</u>
Cargo: <u>C. Biomedica</u>	H. Salida: <u>14:50</u>	Cargo: <u>S.T</u>
Firma: <u>Mireya Valencia</u>		Firma: <u>[Firma]</u>