

DATOS DEL CLIENTE	IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO
Cliente: <u>Nuevo Clinica Santo Tomas.</u>	Equipo: <u>Valvulas de paciente</u>
Contacto: <u>Ing. Alexander</u>	Marca: <u>Corlusion</u>
Teléfono: <u>911</u>	Modelo: <u>Vds Comprehensive</u>
Ciudad: <u>Valledupar</u>	S/N: <u>CAT04886</u>
Contrato: <u>✓</u>	Ubicación: <u>Qu A</u>
Daño fuera de Garantía: <u> </u>	Placa: <u>NIP</u>

TIPO DE SERVICIO				
☐ Alistamiento	☐ Calibración	☐ Capacitación	☐ Correctivo	☐ Cortesia
☐ Demostración	☐ Diagnóstico	☐ Instalación	☐ Otro	☒ Preventivo

TIPO DE PROBLEMA	
☐ Electrónico	☐ Neumático
☐ Producto	☐ Software
☐ Otro	Cual: <u> </u>

TIPO DE ELEMENTO	
LÍNEA COMUNICACIONES	LÍNEA ANALÍTICA
☐ Periférico	☐ Filtro Emisor/Exitación
☐ Reinstalaciones de Firmware	☐ Filtro de Solución Refrigerante
☐ Reinstalaciones de Software	☐ Fuente
☐ Reparación Completa	☐ Relevó
☐ Reparación Componentes	☐ Sonda de Bloque
☐ Reparación Estándar	☐ Sonda de Muestra
☐ Tarjeta Principal	☐ Teclado
☐ Otro: <u> </u>	☐ Válvula de Una Vía
	☐ Otro: <u> </u>

LÍNEA MÉDICA	
☐ Amplificador	☐ Electrodo
☐ Batería	☐ Filtro
☐ Cable	☐ Flujometro
☐ Celda O2	☐ Fuente
☐ Compresor	☐ Impresora
☐ Consola	☐ Indicador
☐ CPU	☐ Instrumental
☐ Cto. Paciente	☐ Interfase
☐ Cubierta	☐ Lámpara
	☐ Manguera
	☐ Manómetro
	☐ Mezclador
	☐ Módulo
	☐ Motor
	☐ Operativo
	☐ Pantalla
	☐ Pistón
	☐ Potenciometro
	☐ Reactivo
	☐ Sensor
	☐ Software
	☐ Tarjeta
	☐ Touchscreen
	☐ Transductor
	☐ Turbina
	☐ Válvula
	☐ Otro

PROBLEMA:
<u>Visita programada de mantenimiento preventivo.</u>

TRABAJOS REALIZADOS
<u>Se realizó revisión general por estado y funcionamiento. Verificación de Volúmenes PEEP, PIP, Ti, P, E, Frecuencia. Concentración de O2. Se realizaron cambios de filtros, cables, membranas, alambres y batería. Se realizó verificación de funcionamiento del nebulizador, y pantalla táctil. Se hace limpieza del filtro de refrigeración.</u>

OBSERVACIONES:
<u>Equipo funciona correctamente</u>

CLIENTE	DURACIÓN DEL TRABAJO	INSTRUMENTACIÓN S.A.
Nombre: <u>Alexander Pinzon</u>		Nombre: <u>Dany Calderon</u>
Cargo: <u>ING. ELECTRONICO</u>	H. Llegada: <u>8:30</u>	Cargo: <u>Ing. SI</u>
Firma: <u>[Firma]</u>	H. Salida: <u>10:00</u>	Firma: <u>[Firma]</u>