

DATOS DEL CLIENTE	IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO
Cliente: <u>Srs Clínica Alta Complejidad</u>	Equipo: <u>Ventilador de paciente</u>
Contacto: <u>Ing Mirya</u>	Marca: <u>Corvus</u>
Teléfono: _____	Modelo: <u>Vela - Comprehensive</u>
Ciudad: <u>Valledupar</u>	S/N: <u>CATO4897</u>
Contrato: <u>1ª Visita garantía</u>	Ubicación: <u>U. C. I</u>
Daño fuera de Garantía: _____	Placa: <u>QR # 14018</u>

TIPO DE SERVICIO					
☐ Alistamiento	☐ Calibración	☐ Capacitación	☐ Correctivo	☐ Cortesía	☐ Preventivo
☐ Demostración	☐ Diagnóstico	☐ Instalación	☐ Otro	☒	

TIPO DE PROBLEMA	
☐ Electrónico	☐ Neumático
☐ Producto	☐ Software
☐ Otro	Cual: _____

TIPO DE ELEMENTO	
LÍNEA COMUNICACIONES	LÍNEA ANALÍTICA
☐ Periférico ☐ Reinstalaciones de Firmware ☐ Reinstalaciones de Software ☐ Reparación Completa ☐ Reparación Componentes ☐ Reparación Estándar ☐ Tarjeta Principal ☐ Otro: _____	☐ Filtro Emisor/Exhalación ☐ Filtro de Solución Refrigerante ☐ Fuente ☐ Relevé ☐ Sonda de Bloqueo ☐ Sonda de Muestra ☐ Teclado ☐ Válvula de Una Vía ☐ Otro: _____
LÍNEA MÉDICA	
☐ Amplificador ☐ Batería ☐ Cable ☐ Celda O2 ☐ Compresor ☐ Consola ☐ CPU ☐ Cto. Paciente ☐ Cubierta	☐ Electrodo ☐ Filtro ☐ Flujómetro ☐ Fuente ☐ Impresora ☐ Indicador ☐ Instrumental ☐ Interfase ☐ Lámpara
☐ Manguera ☐ Manómetro ☐ Mezclador ☐ Módulo ☐ Motor ☐ Operativo ☐ Pantalla ☐ Pistón ☐ Potenciómetro	☐ Reactivo ☐ Sensor ☐ Software ☐ Tarjeta ☐ Touchscreen ☐ Transductor ☐ Turbina ☐ Válvula ☐ Otro

PROBLEMA:
<u>Visita de mantenimiento preventivo</u>

TRABAJOS REALIZADOS
<u>Revisión general por estado y funcionamiento consistente en verificación de volúmenes, flujos, PIP, PEEP, Vm, ti, relación I:E, fugas, frecuencia respiratoria, calibración del sensor de Oxígeno (O2), pruebas de concentraciones de oxígeno, (O2), nebulizador, pantalla sensible al tacto, teclado de membranas, alarmas, pruebas a la batería, pruebas finales de desempeño del Ventilador.</u>

OBSERVACIONES:
<u>El Ventilador se entrega funcionando de acuerdo a las especificaciones del fabricante</u>

CLIENTE	DURACIÓN DEL TRABAJO	INSTRUMENTACIÓN S.A.
Nombre: <u>Mirya Valencia</u>	H. Llegada: <u>16:05</u>	Nombre: <u>Fernando Rincón</u>
Cargo: <u>C. Biomedica</u>	H. Salida: <u>17:05</u>	Cargo: <u>S.T</u>
Firma: <u>Mirya Valencia</u>		Firma: <u>[Firma]</u>