

DATOS DEL CLIENTE	IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO
Cliente: Clínica Meintegral SAS	Equipo: Ventilador de Parviente
Contacto: Ing. Angela Garzon	Marca: Vycare
Teléfono: 305-4627877	Modelo: Vela Comprehensive
Ciudad: Zipaquirá, Cundinamarca	S/N: LAT 04905
Contrato: MSPS.	Ubicación: UCI
Daño fuera de Garantía: - 0 -	Placa: MZ-AD 0379

TIPO DE SERVICIO					
☐ Alistamiento	☐ Calibración	☐ Capacitación	☐ Correctivo	☐ Cortesía	☒ Preventivo
☐ Demostración	☐ Diagnóstico	☐ Instalación	☐ Otro		

TIPO DE PROBLEMA	
☐ Electrónico	☐ Neumático
☐ Producto	☐ Software
☒ Otro	Cual: Preventivo

TIPO DE ELEMENTO			
LÍNEA COMUNICACIONES	LÍNEA ANALÍTICA	LÍNEA MÉDICA	
☐ Periférico ☐ Reinstalaciones de Firmware ☐ Reinstalaciones de Software ☐ Reparación Completa ☐ Reparación Componentes ☐ Reparación Estándar ☐ Tarjeta Principal ☐ Otro:	☐ Filtro Emisor/Exitación ☐ Filtro de Solución Refrigerante ☐ Fuente ☐ Relevé ☐ Sonda de Bloque ☐ Sonda de Muestra ☐ Teclado ☐ Válvula de Una Vía ☐ Otro:	☐ Amplificador ☐ Batería ☐ Cable ☐ Celda O2 ☐ Compresor ☐ Consola ☐ CPU ☐ Cto. Paciente ☐ Cubierta	☐ Electrodo ☐ Filtro ☐ Flujometro ☐ Fuente ☐ Impresora ☐ Indicador ☐ Instrumental ☐ Interfase ☐ Lámpara
		☐ Manguera ☐ Manómetro ☐ Mezclador ☐ Módulo ☐ Motor ☐ Operativo ☐ Pantalla ☐ Pistón ☐ Potenciometro	☐ Reactivo ☐ Sensor ☐ Software ☐ Tarjeta ☐ Touchscreen ☐ Transductor ☐ Turbina ☒ Válvula ☐ Otro

PROBLEMA:
Visita de mantenimiento Preventivo HTV: 46 HTT: 16

TRABAJOS REALIZADOS
Se realiza revisión general del estado físico y funcional del equipo. Se ejecuta Test UVT; prueba de fugas, calibración sensor O2, Test de alarmas, batería, pantalla, membranas, leds. Se realiza test de desempeño en parámetros: Vm, VT, PEEP, PIP, Tr, I:E, frecuencia, % fio2. Se utiliza equipo de certificación ISI.

OBSERVACIONES:
Se entrega equipo funcionando acorde a especificaciones del fabricante.

CLIENTE	DURACIÓN DEL TRABAJO	INSTRUMENTACIÓN S.A.
Nombre: Ana Garzon	H. Llegada: 4:00 PM	Nombre: Daniel Alcantaral
Cargo: Gerente	H. Salida: 6:00 PM	Cargo: Ing. Servicio Técnico
Firma: [Firma]		Firma: [Firma]