

DATOS DEL CLIENTE	IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO
Cliente: <u>Monteagudo SAS.</u>	Equipo: <u>Ventilador</u>
Contacto: <u>Ing. Andrea</u>	Marca: <u>Confusion</u>
Teléfono: _____	Modelo: <u>Velo Comprehensive</u>
Ciudad: <u>Zipaquirá</u>	S/N: <u>CAT04905</u>
Contrato: <u>Garantía</u>	Ubicación: <u>Qu. Blvd.</u>
Daño fuera de Garantía: _____	Placa: <u>02-2439</u>

TIPO DE SERVICIO				
☐ Alistamiento	☐ Calibración	☐ Capacitación	☐ Correctivo	☐ Cortesía
☐ Demostración	☐ Diagnóstico	☐ Instalación	☐ Otro	☒ Preventivo

TIPO DE PROBLEMA
☐ Electrónico ☐ Neumático ☐ Producto ☐ Software ☒ Otro Cual: <u>Mantenimiento Preventivo</u>

TIPO DE ELEMENTO			
LÍNEA COMUNICACIONES	LÍNEA ANALÍTICA	LÍNEA MÉDICA	
☐ Periférico ☐ Reinstalaciones de Firmware ☐ Reinstalaciones de Software ☐ Reparación Completa ☐ Reparación Componentes ☐ Reparación Estándar ☐ Tarjeta Principal ☐ Otro: _____	☐ Filtro Emisor/Exhalación ☐ Filtro de Solución Refrigerante ☐ Fuente ☐ Relevé ☐ Sonda de Bloqueo ☐ Sonda de Muestra ☐ Teclado ☐ Válvula de Una Vía ☐ Otro: _____	☐ Amplificador ☐ Batería ☐ Cable ☐ Celda O2 ☐ Compresor ☐ Consola ☐ CPU ☐ Cto. Paciente ☐ Cubierta	☐ Electrodo ☐ Filtro ☐ Flujómetro ☐ Fuente ☐ Impresora ☐ Indicador ☐ Instrumental ☐ Interfase ☐ Lámpara ☐ Manguera ☐ Manómetro ☐ Mezclador ☐ Módulo ☐ Motor ☐ Operativo ☐ Pantalla ☐ Pistón ☐ Potenciómetro ☐ Reactivo ☐ Sensor ☐ Software ☐ Tarjeta ☐ Touchscreen ☐ Transductor ☐ Turbina ☐ Válvula ☐ Otro

PROBLEMA:
<u>Segunda vista de mantenimiento preventivo</u>

TRABAJOS REALIZADOS
<u>Se realizó revisión general por estado y funcionamiento interna y externa, pruebas de desempeño y verificación (Vm, Vr, PEEP, PIP, I:E, JT, Concentraciones de O2, Batería, nebulizador, alarmas y membranas)</u>

OBSERVACIONES:
<u>Equipo funciona correctamente.</u>

CLIENTE	DURACIÓN DEL TRABAJO	INSTRUMENTACIÓN S.A.
Nombre: <u>Andrés García</u>	H. Llegada: <u>10:00</u>	Nombre: <u>Deily Catherine Caldera</u>
Cargo: <u>Ing. Biomedica</u>	H. Salida: <u>12:00</u>	Cargo: <u>Ing. STP</u>
Firma: <u>Andrés G.</u>		Firma: <u>Deily Caldera</u>