

DATOS DEL CLIENTE Cliente: <u>Clinica Prado</u> Contacto: _____ Teléfono: _____ Ciudad: <u>Santa Marta</u> Contrato: _____ Daño fuera de Garantía: _____	IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO Equipo: <u>Ventilador de Paciente</u> Marca: <u>Conetusion</u> Modelo: <u>Udo Comprehensive</u> S/N: <u>CA10488</u> Ubicación: _____ Placa: _____
---	--

TIPO DE SERVICIO
☐ Alistamiento ☐ Calibración ☐ Capacitación ☐ Correctivo ☐ Cortesía
☐ Demostración ☐ Diagnóstico ☐ Instalación ☐ Otro ☒ Preventivo

TIPO DE PROBLEMA
☐ Electrónico ☐ Neumático ☐ Producto ☐ Software ☐ Otro Cual: _____

TIPO DE ELEMENTO		
LÍNEA COMUNICACIONES ☐ Periférico ☐ Reinstalaciones de Firmware ☐ Reinstalaciones de Software ☐ Reparación Completa ☐ Reparación Componentes ☐ Reparación Estándar ☐ Tarjeta Principal ☐ Otro:	LÍNEA ANALÍTICA ☐ Filtro Emisor/Exitación ☐ Filtro de Solución Refrigerante ☐ Fuente ☐ Relevé ☐ Sonda de Bloque ☐ Sonda de Muestra ☐ Teclado ☐ Válvula de Una Vía ☐ Otro:	LÍNEA MÉDICA ☐ Amplificador ☐ Batería ☐ Cable ☐ Celda O2 ☐ Compresor ☐ Consola ☐ CPU ☐ Cto. Paciente ☐ Cubierta ☐ Electrodo ☐ Filtro ☐ Flujometro ☐ Fuente ☐ Impresora ☐ Indicador ☐ Instrumental ☐ Interfase ☐ Lámpara ☐ Manguera ☐ Manómetro ☐ Mezclador ☐ Módulo ☐ Motor ☐ Operativo ☐ Pantalla ☐ Pistón ☐ Potenciometro ☐ Reactivo ☐ Sensor ☐ Software ☐ Tarjeta ☐ Touchscreen ☐ Transductor ☐ Turbina ☐ Válvula ☐ Otro

PROBLEMA: <u>Lista programada de mantenimiento preventivo.</u>
--

TRABAJOS REALIZADOS <u>Se realizó mantenimiento preventivo según protocolo se verificaron</u> <u>actuadores y estado físico se realizó test CRT y</u> <u>limpieza de filtro de refrigeración.</u>

OBSERVACIONES: <u>Equipo en correcto funcionamiento, limpieza filtro de refrigeración</u> <u>con el nivel adecuado en la superficie</u>
--

CLIENTE Nombre: <u>Sergio Londoño</u> Cargo: <u>Don Mtro Bruno</u> Firma: <u>Sergio L. L. G.</u>	DURACIÓN DEL TRABAJO H. Llegada: <u>3:15 pm</u> H. Salida: <u>4:20 pm</u>	INSTRUMENTACIÓN S.A. Nombre: <u>Loren Londoño</u> Cargo: <u>Ing. soporte técnico</u> Firma: <u>Loren L. L.</u>
--	--	--