

DATOS DEL CLIENTE	IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO
Cliente: <u>Smas Clínica Prado</u>	Equipo: <u>Ventilador de paciente</u>
Contacto: <u>Ing Jessica Pineda</u>	Marca: <u>Corpusión</u>
Teléfono: _____	Modelo: <u>Vela Comprehensive</u>
Ciudad: <u>Santa Marta</u>	S/N: <u>CATO4852</u>
Contrato: <u>2ª Visita Garantía</u>	Ubicación: <u>U.C.I</u>
Daño fuera de Garantía: _____	Placa: <u>OR N/A</u>

TIPO DE SERVICIO					
☐ Alistamiento	☐ Calibración	☐ Capacitación	☐ Correctivo	☐ Cortesía	
☐ Demostración	☐ Diagnóstico	☐ Instalación	☐ Otro	☒ Preventivo	

TIPO DE PROBLEMA					
☐ Electrónico	☐ Neumático	☐ Producto	☐ Software	☐ Otro	Cual: _____

TIPO DE ELEMENTO							
LÍNEA COMUNICACIONES		LÍNEA ANALÍTICA		LÍNEA MÉDICA			
☐ Periférico	☐ Reinstalaciones de Firmware	☐ Filtro Emisor/Excitación	☐ Filtro de Solución Refrigerante	☐ Amplificador	☐ Electrodo	☐ Manguera	☐ Reactivo
☐ Reinstalaciones de Software	☐ Reparación Completa	☐ Fuente	☐ Relevé	☐ Batería	☐ Filtro	☐ Manómetro	☐ Sensor
☐ Reparación Componentes	☐ Reparación Estándar	☐ Sonda de Bloque	☐ Sonda de Muestra	☐ Cable	☐ Flujoómetro	☐ Mezclador	☐ Software
☐ Tarjeta Principal	☐ Otro:	☐ Sonda de Bloque	☐ Sonda de Muestra	☐ Celda O2	☐ Fuente	☐ Módulo	☐ Tarjeta
		☐ Teclado	☐ Teclado	☐ Compresor	☐ Impresora	☐ Motor	☐ Touchscreen
		☐ Válvula de Una Vía	☐ Válvula de Una Vía	☐ Consola	☐ Indicador	☐ Operativo	☐ Transductor
		☐ Otro:	☐ Otro:	☐ CPU	☐ Instrumental	☐ Pantalla	☐ Turbina
				☐ Cto. Paciente	☐ Interfase	☐ Pistón	☐ Válvula
				☐ Cubierta	☐ Lámpara	☐ Potenciómetro	☐ Otro

PROBLEMA:	<u>Visita de mantenimiento preventivo N° 2</u>
------------------	--

TRABAJOS REALIZADOS
<u>Revisión general, verificación de volúmenes, flujos, Pip, Peep, Vm, frecuencia respiratoria, relación, I:E, ti, concentraciones de O2, nebulizador, pantalla sensible al tacto, leds, fugas, membranas, pruebas a la batería, alarmas, se realizan pruebas de desempeño al ventilador, estas pruebas exitosamente</u>

OBSERVACIONES:
<u>El equipo se entrega funcionando correctamente de acuerdo a las especificaciones del fabricante</u>

CLIENTE	DURACIÓN DEL TRABAJO	INSTRUMENTACIÓN S.A.
Nombre: <u>Jessica Pineda Guerra</u>	H. Llegada: <u>11:15</u>	Nombre: <u>Fernando Romero</u>
Cargo: <u>Coord. Uto. Biomedico</u>	H. Salida: <u>12:45</u>	Cargo: <u>S.T.</u>
Firma: <u>[Firma]</u>		Firma: <u>[Firma]</u>