

DATOS DEL CLIENTE	IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO
Cliente: Hospital Susana Lopez	Equipo: Ventilador
Contacto: Ing. Ingrid Castaño	Marca: Carefusion
Teléfono: 376 726 2643	Modelo: VELA Comprehensive
Ciudad: Popayán	S/N: CAT04861
Contrato: MSPS	Ubicación: UCI
Daño fuera de Garantía: - -	Placa: 11918

TIPO DE SERVICIO				
☐ Alistamiento	☐ Calibración	☐ Capacitación	☐ Correctivo	☐ Cortesía
☐ Demostración	☐ Diagnóstico	☐ Instalación	☐ Otro	☒ Preventivo

TIPO DE PROBLEMA				
☐ Electrónico	☐ Neumático	☐ Producto	☐ Software	☒ Otro Cual: Preventivo

TIPO DE ELEMENTO			
LÍNEA COMUNICACIONES	LÍNEA ANALÍTICA	LÍNEA MÉDICA	
☐ Periférico ☐ Reinstalaciones de Firmware ☐ Reinstalaciones de Software ☐ Reparación Completa ☐ Reparación Componentes ☐ Reparación Estándar ☐ Tarjeta Principal ☐ Otro:	☐ Filtro Emisor/Exitación ☐ Filtro de Solución Refrigerante ☐ Fuente ☐ Relevé ☐ Sonda de Bloqueo ☐ Sonda de Muestra ☐ Teclado ☐ Válvula de Una Vía ☐ Otro:	☐ Amplificador ☐ Batería ☐ Cable ☐ Celda O2 ☐ Compresor ☐ Consola ☐ CPU ☐ Cto. Paciente ☐ Cubierta ☐ Electrodo ☐ Filtro ☐ Flujometro ☐ Fuente ☐ Impresora ☐ Indicador ☐ Instrumental ☐ Interfase ☐ Lámpara ☐ Manguera ☐ Manómetro ☐ Mezclador ☐ Módulo ☐ Motor ☐ Operativo ☐ Pantalla ☐ Pistón ☐ Potenciometro ☐ Reactivo ☐ Sensor ☐ Software ☐ Tarjeta ☐ Touchscreen ☐ Transductor ☐ Turbina ☐ Válvula ☒ Otro	

PROBLEMA:
preventivo diciembre 2020

TRABAJOS REALIZADOS
Verificación estructural y funcional (OK), humos de uso = 13, se calibra celda O2, se limpia filtro de refrigeración, test de fugas, luces, alarmas, teclado táctil, batería (OK), test UT, PEEP, frecuencia, FiO2, PIP, I:E, Vm, Ti (OK) Se calibra. Press diff turb. XCPR. Equipo en optimas condiciones para su uso acorde a especificaciones de fabricante. Manguera y conexión de oxígeno son los originales.

OBSERVACIONES:
Se recomienda mantener equipo conectado a la red eléctrica.

CLIENTE	DURACIÓN DEL TRABAJO	INSTRUMENTACIÓN S.A.
Nombre: Daniel Felipe Mayán V	H. Llegada: 8:17 AM	Nombre: Cristhian C. Escobar A
Cargo: Ing. Biomédico	H. Salida: 9:30 AM	Cargo: Ing. Soporte Técnico
Firma: [Firma]		Firma: [Firma]