

DATOS DEL CLIENTE Cliente: <u>Hospital Susana Lopez</u> Contacto: <u>Ing. Ingrid Castaño</u> Teléfono: <u>321 726 26 43</u> Ciudad: <u>Popayan</u> Contrato: <u>M.S.P.S.</u> Daño fuera de Garantía: _____	IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO Equipo: <u>Ventilador</u> Marca: <u>Core Fusion</u> Modelo: <u>VELA Comprehensive</u> S/N: <u>CATO 4861</u> Ubicación: <u>UC7</u> Placa: <u>11918</u>
---	--

TIPO DE SERVICIO ☐ Alistamiento ☐ Demostración	☐ Calibración ☐ Diagnóstico	☐ Capacitación ☐ Instalación	☐ Correctivo ☐ Otro	☐ Cortesia ☒ Preventivo
---	--	---	--	---

TIPO DE PROBLEMA ☐ Electrónico ☐ Neumático ☐ Producto ☐ Software ☒ Otro Cual: <u>preventivo</u>

TIPO DE ELEMENTO			
LÍNEA COMUNICACIONES	LÍNEA ANALÍTICA	LÍNEA MÉDICA	
☐ Periférico ☐ Reinstalaciones de Firmware ☐ Reinstalaciones de Software ☐ Reparación Completa ☐ Reparación Componentes ☐ Reparación Estándar ☐ Tarjeta Principal ☐ Otro: _____	☐ Filtro Emisor/Exhalación ☐ Filtro de Solución Refrigerante ☐ Fuente ☐ Relevo ☐ Sonda de Bloqueo ☐ Sonda de Muestra ☐ Teclado ☐ Válvula de Una Vía ☐ Otro: _____	☐ Amplificador ☐ Batería ☐ Cable ☐ Celda O2 ☐ Compresor ☐ Consola ☐ CPU ☐ Cto. Paciente ☐ Cubierta	☐ Electrodo ☐ Filtro ☐ Flujometro ☐ Fuente ☐ Impresora ☐ Indicador ☐ Instrumental ☐ Interfase ☐ Lámpara ☐ Manguera ☐ Manómetro ☐ Mezclador ☐ Módulo ☐ Motor ☐ Operativo ☐ Pantalla ☐ Pistón ☐ Potenciometro ☒ Reactivo ☐ Sensor ☐ Software ☐ Tarjeta ☐ Touchscreen ☐ Transductor ☐ Turbina ☐ Válvula ☒ Otro

PROBLEMA: <u>preventivo</u>

TRABAJOS REALIZADOS <u>Verificación estructural y funcional (OK), horas de uso = 855, se calibra solda. O2, se limpia filtro de refrigeración, test de fugas, luces, alarmas, teclado, tactil, batería (OK), test Vt, PEEP, frecuencia, FiO2, PIP, I:E, Ti, Vm (OK), verificación de carro de transporte (OK), se recomienda mantener equipo conectado al AC. Equipo en óptimas condiciones para su uso.</u>
--

OBSERVACIONES: <u>/</u>

CLIENTE Nombre: <u>Ginna Manzano</u> Cargo: <u>Ing. Brionediro</u> Firma: <u>Ginna Manzano</u>	DURACIÓN DEL TRABAJO H. Llegada: <u>10:30 AM</u> H. Salida: <u>12 PM</u>	INSTRUMENTACIÓN S.A. Nombre: <u>Cristhian C. Escobar L.</u> Cargo: <u>Ing. Soporte Técnico</u> Firma: <u>CS C EL L</u>
--	---	--