

DATOS DEL CLIENTE Cliente: EJE Hospital Universitario Julio Mendez B Contacto: _____ Teléfono: _____ Ciudad: Santa Marta Contrato: _____ Daño fuera de Garantía: _____	IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO Equipo: Ventilador de Paciente Marca: Conchun Modelo: Wala Compromiso Ue S/N: CAT 04964 Ubicación: _____ Placa: _____
---	--

TIPO DE SERVICIO ☐ Alistamiento ☐ Demostración	☐ Calibración ☐ Diagnóstico	☐ Capacitación ☐ Instalación	☐ Correctivo ☐ Otro	☐ Cortesía ☒ Preventivo
---	--	---	--	---

TIPO DE PROBLEMA ☐ Electrónico ☐ Neumático ☐ Producto ☐ Software ☐ Otro Cual: _____
--

TIPO DE ELEMENTO LÍNEA COMUNICACIONES ☐ Periférico ☐ Reinstalaciones de Firmware ☐ Reinstalaciones de Software ☐ Reparación Completa ☐ Reparación Componentes ☐ Reparación Estándar ☐ Tarjeta Principal ☐ Otro: _____	LÍNEA ANALÍTICA ☐ Filtro Emisor/Exitación ☐ Filtro de Solución Refrigerante ☐ Fuente ☐ Relevo ☐ Sonda de Bloque ☐ Sonda de Muestra ☐ Teclado ☐ Válvula de Una Vía ☐ Otro: _____	LÍNEA MÉDICA ☐ Amplificador ☐ Batería ☐ Cable ☐ Celda O2 ☐ Compresor ☐ Consola ☐ CPU ☐ Cto. Paciente ☐ Cubierta ☐ Electrodo ☐ Filtro ☐ Flujometro ☐ Fuente ☐ Impresora ☐ Indicador ☐ Instrumental ☐ Interfase ☐ Lámpara ☐ Manguera ☐ Manómetro ☐ Mezclador ☐ Módulo ☐ Motor ☐ Operativo ☐ Pantalla ☐ Pistón ☐ Potenciometro ☐ Reactivo ☐ Sensor ☐ Software ☐ Tarjeta ☐ Touchscreen ☐ Transductor ☐ Turbina ☐ Válvula ☐ Otro
--	--	--

PROBLEMA: Lista programada de mantenimiento preventivo.

TRABAJOS REALIZADOS Se realizó mantenimiento preventivo según protocolo, se verificó número de prescripción y se realizó limpieza general y de filtro de refrigeración.

OBSERVACIONES: equipo en correcto funcionamiento, realizar limpieza de filtro de refrigeración, y mantener equipo conectado a tomo AC.
--

CLIENTE Nombre: Mateo Pérez Marulanda Cargo: Ingeniero Biomédico (Interventor) Firma: Mateo Pérez M.	DURACIÓN DEL TRABAJO H. Llegada: 10:30 pm H. Salida: 11:40 pm	INSTRUMENTACIÓN S.A. Nombre: Karen Lopez C Cargo: Ing. soporte técnico Firma: Karen Lopez
--	--	---