

DATOS DEL CLIENTE	IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO
Cliente: <u>Sres Hospital Julio Mendez B</u> Contacto: <u>Ing</u> Teléfono: _____ Ciudad: <u>Santa Marta</u> Contrato: <u>2ª Visita de Garantía</u> Daño fuera de Garantía: _____	Equipo: <u>Ventilador de paciente</u> Marca: <u>Corefusion</u> Modelo: <u>Velo-Comprehensive</u> S/N: <u>CAT04864</u> Ubicación: <u>U.C.I.C</u> Placa: <u>10251</u>

TIPO DE SERVICIO					
☐ Alistamiento	☐ Calibración	☐ Capacitación	☐ Correctivo	☐ Cortesía	☐ Preventivo
☐ Demostración	☐ Diagnóstico	☐ Instalación	☐ Otro	☒	

TIPO DE PROBLEMA	
☐ Electrónico ☐ Neumático ☐ Producto ☐ Software ☐ Otro	Cual: _____

TIPO DE ELEMENTO		
LÍNEA COMUNICACIONES	LÍNEA ANALÍTICA	LÍNEA MÉDICA
☐ Periférico ☐ Reinstalaciones de Firmware ☐ Reinstalaciones de Software ☐ Reparación Completa ☐ Reparación Componentes ☐ Reparación Estándar ☐ Tarjeta Principal ☐ Otro: _____	☐ Filtro Emisor/Exhalación ☐ Filtro de Solución Refrigerante ☐ Fuente ☐ Relevé ☐ Sonda de Bloque ☐ Sonda de Muestra ☐ Teclado ☐ Válvula de Una Vía ☐ Otro: _____	☐ Amplificador ☐ Batería ☐ Cable ☐ Celda O2 ☐ Compresor ☐ Consola ☐ CPU ☐ Cto. Paciente ☐ Cubierta ☐ Electrodo ☐ Filtro ☐ Flujómetro ☐ Fuente ☐ Impresora ☐ Indicador ☐ Instrumental ☐ Interfase ☐ Lámpara ☐ Manguera ☐ Manómetro ☐ Mezclador ☐ Módulo ☐ Motor ☐ Operativo ☐ Pantalla ☐ Pistón ☐ Potenciómetro ☐ Reactivo ☐ Sensor ☐ Software ☐ Tarjeta ☐ Touchscreen ☐ Transductor ☐ Turbina ☐ Válvula ☐ Otro

PROBLEMA: <u>Visita de mantenimiento preventivo N° 2</u>
--

TRABAJOS REALIZADOS <u>Revisión general, Verificación de volúmenes, flujos, PEEP, PIP, Vm, frecuencia respiratoria, relación I:E, Fi, concentraciones de O2, nebulizador, pantalla sensible al tacto, leds, fugas, alarmas, membranas, pruebas a la batería, se realizaron pruebas de desempeño del ventilador, estos pasan exitosamente</u>
--

OBSERVACIONES: <u>El ventilador se entrega en perfecto estado y funcionando correctamente de acuerdo a las especificaciones del fabricante</u>
--

CLIENTE	DURACIÓN DEL TRABAJO	INSTRUMENTACIÓN S.A.
Nombre: <u>Sol Angie Melo</u> Cargo: <u>Coord. Intranos</u> Firma: <u>Sol Angie Melo</u>	H. Llegada: <u>9:10</u> H. Salida: <u>10:25</u>	Nombre: <u>Fernando Romero</u> Cargo: <u>ST</u> Firma: <u>[Firma]</u>