

DATOS DEL CLIENTE

Cliente: Instituto condia vascular del cesar
Contacto: Ing. Jesús Díaz
Teléfono: 3005507710
Ciudad: Valledupar
Contrato:
Daño fuera de Garantía:

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Equipo: Ventilador
Marca: Conetusion
Modelo: Vela Comprensive
S/N: CAT 04869
Ubicación: UG
Placa:

TIPO DE SERVICIO

☐ Alistamiento ☐ Calibración ☐ Capacitación ☐ Correctivo ☐ Cortesía
☐ Demostración ☐ Diagnóstico ☐ Instalación ☐ Otro ☒ Preventivo

TIPO DE PROBLEMA

☐ Electrónico ☐ Neumático ☐ Producto ☐ Software ☐ Otro Cual:

PROBLEMA:

Visita #2 de mantenimiento preventivo por garantía.

TRABAJOS REALIZADOS

Verificación por estado físico y funcional, pruebas uvi: leds, membrana, calomías, fuga, cal 02, prueba de desempeño de batería, pruebas ventiladores y limpieza general, otro protocolo.

OBSERVACIONES:

Equipo en correcto funcionamiento.

CLIENTE

Nombre: Jesús David Díaz Piñel
Cargo: Ing. Biomédico
Firma:

DURACIÓN DEL TRABAJO

H. Llegada: 12 pm
H. Salida: 1:30 pm

INSTRUMENTACIÓN S.A.

Nombre: Karen Monroy C
Cargo: Ing. soporte técnico
Firma: