

DATOS DEL CLIENTE	IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO
Cliente: <u>Clinica Laura Daniela</u>	Equipo: <u>Ventilador de Paciente</u>
Contacto: <u>Jay. Yerner Gáñez</u>	Marca: <u>Carefusion</u>
Teléfono: <u>313 352 6240</u>	Modelo: <u>Vela comprehensive</u>
Ciudad: <u>Valledupar</u>	S/N: <u>CAT 04870</u>
Contrato: <u>USPS</u>	Ubicación: <u>UCS</u>
Daño fuera de Garantía: <u>-0-</u>	Placa: <u>-</u>

TIPO DE SERVICIO				
☐ Alistamiento	☐ Calibración	☐ Capacitación	☐ Correctivo	☐ Cortesía
☐ Demostración	☐ Diagnóstico	☐ Instalación	☐ Otro	☒ Preventivo

TIPO DE PROBLEMA	
☐ Electrónico	☐ Neumático
☐ Producto	☐ Software
☒ Otro	Cual: <u>Preventivo</u>

TIPO DE ELEMENTO			
LÍNEA COMUNICACIONES	LÍNEA ANALÍTICA	LÍNEA MÉDICA	
☐ Periférico	☐ Filtro Emisor/Exitación	☐ Amplificador	☐ Electrodo
☐ Reinstalaciones de Firmware	☐ Filtro de Solución Refrigerante	☐ Batería	☐ Filtro
☐ Reinstalaciones de Software	☐ Fuente	☐ Cable	☐ Flujometro
☐ Reparación Completa	☐ Relevé	☐ Celda O2	☐ Fuente
☐ Reparación Componentes	☐ Sonda de Bloque	☐ Compresor	☐ Impresora
☐ Reparación Estándar	☐ Sonda de Muestra	☐ Consola	☐ Indicador
☐ Tarjeta Principal	☐ Teclado	☐ CPU	☐ Instrumental
☐ Otro:	☐ Válvula de Una Vía	☐ Cto. Paciente	☐ Interfase
	☐ Otro:	☐ Cubierta	☐ Lámpara
		☐ Manguera	☐ Reactivo
		☐ Manómetro	☐ Sensor
		☐ Mezclador	☐ Software
		☐ Módulo	☐ Tarjeta
		☐ Motor	☐ Touchscreen
		☐ Operativo	☐ Transductor
		☐ Pantalla	☐ Turbina
		☐ Pistón	☐ Válvula
		☐ Potenciometro	☒ Otro

PROBLEMA:
<u>Visita de mantenimiento Preventivo</u>
HTV: <u>24</u>
HTT: <u>24</u>

TRABAJOS REALIZADOS
<u>Se realiza revisión general del estado físico y funcional del equipo, se realiza Test UT, Prueba de fugas, Baterías, Pantalla, alarmas, calibración de sensor O2, test de desempeño para parámetros UT, Vm, PEEP, PIP, TC, I:E, FIO2, frecuencia.</u>
<u>Se utiliza equipo de verificación TSE.</u>

OBSERVACIONES:
<u>Se entrega equipo funcionando acorde a las especificaciones del fabricante.</u>

CLIENTE	DURACIÓN DEL TRABAJO	INSTRUMENTACIÓN S.A.
Nombre: <u>Jay. Yerner Gáñez O.</u>	H. Llegada: <u>9:30 am</u>	Nombre: <u>Daniel Alcantara C.</u>
Cargo: <u>coordinador</u>	H. Salida: <u>11:30 am</u>	Cargo: <u>Ing. Servicio Técnico</u>
Firma: <u>[Firma]</u>		Firma: <u>[Firma]</u>