

DATOS DEL CLIENTE

Cliente: Hospital Roxario Pomares de la Paz
Contacto: Ing Oscar Restrepo
Teléfono: 300 470 3224
Ciudad: Valladolid
Contrato: MSPS
Daño fuera de Garantía: -

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Equipo: Ventilador de Paciente
Marca: Vspire
Modelo: Vela Comprehensive
S/N: CAT04874
Ubicación: VCS
Placa: -

TIPO DE SERVICIO

☐ Alistamiento ☐ Calibración ☐ Capacitación ☐ Correctivo ☐ Cortesía
☐ Demostración ☐ Diagnóstico ☐ Instalación ☐ Otro ☒ Preventivo

TIPO DE PROBLEMA

☐ Electrónico ☐ Neumático ☐ Producto ☐ Software ☒ Otro Cual: Preventivo

TIPO DE ELEMENTO

LÍNEA COMUNICACIONES

☐ Periférico
☐ Reinstalaciones de Firmware
☐ Reinstalaciones de Software
☐ Reparación Completa
☐ Reparación Componentes
☐ Reparación Estándar
☐ Tarjeta Principal
☐ Otro:

LÍNEA ANALÍTICA

☐ Filtro Emisor/Exhalación
☐ Filtro de Solución Refrigerante
☐ Fuente
☐ Relevé
☐ Sonda de Bloqueo
☐ Sonda de Muestra
☐ Teclado
☐ Válvula de Una Vía
☐ Otro:

LÍNEA MÉDICA

☐ Amplificador ☐ Electrodo ☐ Manguera ☐ Reactivo
☐ Batería ☐ Filtro ☐ Manómetro ☐ Sensor
☐ Cable ☐ Flujoómetro ☐ Mezclador ☐ Software
☐ Celda O2 ☐ Fuente ☐ Módulo ☐ Tarjeta
☐ Compresor ☐ Impresora ☐ Motor ☐ Touchscreen
☐ Consola ☐ Indicador ☐ Operativo ☐ Transductor
☐ CPU ☐ Instrumental ☐ Pantalla ☐ Turbina
☐ Cto. Paciente ☐ Interfase ☐ Pistón ☐ Válvula
☐ Cubierta ☐ Lámpara ☐ Potenciómetro ☐ Otro

PROBLEMA:

Visita de Mantenimiento Preventivo HTU: 422
HIT: 122

TRABAJOS REALIZADOS

Se realiza revisión general del estado físico y funcional del equipo, se realiza Test de Fugas, Calibración de Sensor O2, prueba de alarmas, batería, pantalla, leds. Se realiza test de desempeño en parámetros Um, VT, PEEP, PIP, Te, I:E, FiO2, frecuencia.

OBSERVACIONES:

Se entrega equipo funcionando acorde a especificaciones de fabricante.

CLIENTE

Nombre: Oscar Restrepo
Cargo: Ingeniero
Firma: Oscar Restrepo

DURACIÓN DEL TRABAJO

H. Llegada: 8:00 am
H. Salida: 10:30 am

INSTRUMENTACIÓN S.A.

Nombre: Daniel Alcantar C.
Cargo: Ingeniero Servicio Técnico
Firma: [Firma]