

Tactica 28827

Instrumentación S.A.

Soluciones que mejoran la vida

ORDEN DE SERVICIO No. 14203

FECHA: 02 07 2021

DATOS DEL CLIENTE	IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO
Cliente: <u>San Clínica La Almagro</u>	Equipo: <u>Ventilador de paciente</u>
Contacto: <u>Ing. Maikel Hernández</u>	Marca: <u>Carefusion</u>
Teléfono: _____	Modelo: <u>Vela-Comprehensive</u>
Ciudad: <u>Bogotá</u>	S/N: <u>CAT04875</u>
Contrato: <u>Garantía 2ª Visita Hto Prev</u>	Ubicación: <u>U. C. I</u>
Daño fuera de Garantía: _____	Placa: _____

TIPO DE SERVICIO				
☐ Alistamiento	☐ Calibración	☐ Capacitación	☐ Correctivo	☐ Cortesia
☐ Demostración	☐ Diagnóstico	☐ Instalación	☐ Otro	☒ Preventivo

TIPO DE PROBLEMA				
☐ Electrónico	☐ Neumático	☐ Producto	☐ Software	☐ Otro Cual: _____

TIPO DE ELEMENTO		
LÍNEA COMUNICACIONES	LÍNEA ANALÍTICA	LÍNEA MÉDICA
☐ Periférico ☐ Reinstalaciones de Firmware ☐ Reinstalaciones de Software ☐ Reparación Completa ☐ Reparación Componentes ☐ Reparación Estándar ☐ Tarjeta Principal ☐ Otro: _____	☐ Filtro Emisor/Exhalación ☐ Filtro de Solución Refrigerante ☐ Fuente ☐ Relevo ☐ Sonda de Bloqueo ☐ Sonda de Muestra ☐ Teclado ☐ Válvula de Una Vía ☐ Otro: _____	☐ Amplificador ☐ Batería ☐ Cable ☐ Celda O2 ☐ Compresor ☐ Consola ☐ CPU ☐ Cto. Paciente ☐ Cubierta ☐ Electrodo ☐ Filtro ☐ Flujo metro ☐ Fuente ☐ Impresora ☐ Indicador ☐ Instrumental ☐ Interfase ☐ Lámpara ☐ Manguera ☐ Manómetro ☐ Mezclador ☐ Módulo ☐ Motor ☐ Operativo ☐ Pantalla ☐ Pistón ☐ Potenciometro ☐ Reactivo ☐ Sensor ☐ Software ☐ Tarjeta ☐ Touchscreen ☐ Transductor ☐ Turbina ☐ Válvula ☐ Otro

PROBLEMA: <u>Mantenimiento preventivo.</u>

TRABAJOS REALIZADOS
<u>Revisión general, verificación de parámetros: Volúmenes, Flujos, Pip, PEEP, Vm, fugas, frecuencia respiratoria, relación I:E, ti, concentraciones de oxígeno, verificación pantalla sensible al tacto, membranas, nebulizador, electrodos, leds, calibración celda O2, pruebas a la batería, pruebas finales de desempeño al ventilador.</u>

OBSERVACIONES:
<u>Las pruebas pasan exitosamente, el ventilador se envía funcionando correctamente de acuerdo a las especificaciones del fabricante</u>

CLIENTE	DURACIÓN DEL TRABAJO	INSTRUMENTACIÓN S.A.
Nombre: <u>Maikel Hernández Nímato</u>	Nombre: <u>Fernando Romero</u>	
Cargo: <u>Jefe de Prg. Médica</u>	Cargo: <u>S. T.</u>	
Firma: <u>[Firma]</u>	Firma: <u>[Firma]</u>	
H. Llegada: <u>17:00</u>	H. Salida: <u>19:50</u>	