

Instrumentación S.A.

Soluciones que mejoran la vida

ORDEN DE SERVICIO No. 12906

FECHA: 15 02 2021

DATOS DEL CLIENTE

Cliente: Hospital Militar Central
 Contacto: Cristian Jarray Chaparro
 Teléfono:
 Ciudad: Bogotá D.C.
 Contrato:
 Daño fuera de Garantía:

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Equipo: Ventilador de paciente
 Marca: Carefusion
 Modelo: VELA Comprehensive
 S/N: CAT04915
 Ubicación: UCI
 Placa:

TIPO DE SERVICIO

☐ Alistamiento ☐ Calibración ☐ Capacitación ☐ Correctivo ☐ Cortesía
☐ Demostración ☐ Diagnóstico ☐ Instalación ☐ Otro ☒ Preventivo

TIPO DE PROBLEMA

☐ Electrónico ☐ Neumático ☐ Producto ☐ Software ☐ Otro Cual:

TIPO DE ELEMENTO**LÍNEA COMUNICACIONES**

☐ Periférico
☐ Reinstalaciones de Firmware
☐ Reinstalaciones de Software
☐ Reparación Completa
☐ Reparación Componentes
☐ Reparación Estándar
☐ Tarjeta Principal
☐ Otro:

LÍNEA ANALÍTICA

☐ Filtro Emisor/Exhalación
☐ Filtro de Solución Refrigerante
☐ Fuente
☐ Relevo
☐ Sonda de Bloqueo
☐ Sonda de Muestra
☐ Teclado
☐ Válvula de Una Vía
☐ Otro:

LÍNEA MÉDICA

☐ Amplificador ☐ Electrodo ☐ Manguera ☐ Reactivo
☐ Batería ☐ Filtro ☐ Manómetro ☐ Sensor
☐ Cable ☐ Flujoómetro ☐ Mezclador ☐ Software
☐ Celda O2 ☐ Fuente ☐ Módulo ☐ Tarjeta
☐ Compresor ☐ Impresora ☐ Motor ☐ Touchscreen
☐ Consola ☐ Indicador ☐ Operativo ☐ Transductor
☐ CPU ☐ Instrumental ☐ Pantalla ☐ Turbina
☐ Cto. Paciente ☐ Interfase ☐ Pistón ☐ Válvula
☐ Cubierta ☐ Lámpara ☐ Potenciómetro ☐ Otro

PROBLEMA: Visita de Mantenimiento Preventivo. Garantía

TRABAJOS REALIZADOS

Uti: 341 3TV:341. Verificación por estado y funcionamiento. Limpieza general del equipo. Se realizan pruebas uti: todas, alimags, membranas, leds indicadores, nebulizador, pantalla tactil, calibración celda O2. Todas OK. Verificación de parámetros incluidos en protocolo adjunto

OBSERVACIONES:

Se entrega equipo funcionando de acuerdo a las especificaciones del fabricante.

CLIENTE

Nombre: Martha Pinzon Aldana
 Cargo: SM SM
 Firma:

DURACIÓN DEL TRABAJO

H. Llegada: 12:00
 H. Salida: 13:00

INSTRUMENTACIÓN S.A.

Nombre: Feb Rios Tolado
 Cargo: S.T.
 Firma:

TERAPEUTA RESPIRATORIA
 C.C. 20.423.092