

DATOS DEL CLIENTE	IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO
Cliente: <u>Clinica Simas Vitais</u>	Equipo: <u>Validador de Fuente</u>
Contacto: <u>Ing. Kevin Gonzalez Rivero</u>	Marca: <u>Vygate</u>
Teléfono: <u>312 226 1414</u>	Modelo: <u>Vista Comprehensive</u>
Ciudad: <u>Bosconia, Cesar</u>	S/N: <u>CAT 01919</u>
Contrato: <u>MSPS.</u>	Ubicación: <u>UCI</u>
Daño fuera de Garantía: <u>—</u>	Placa: <u>—</u>

TIPO DE SERVICIO					
☐ Alistamiento	☐ Calibración	☐ Capacitación	☐ Correctivo	☐ Cortesía	☐ Preventivo
☐ Demostración	☐ Diagnóstico	☐ Instalación	☐ Otro	☒	

TIPO DE PROBLEMA	
☐ Electrónico	☐ Neumático
☐ Producto	☐ Software
☒ Otro	Cual: <u>Preventivo</u>

TIPO DE ELEMENTO		
LÍNEA COMUNICACIONES	LÍNEA ANALÍTICA	LÍNEA MÉDICA
☐ Periférico	☐ Filtro Emisor/Exhalación	☐ Amplificador
☐ Reinstalaciones de Firmware	☐ Filtro de Solución Refrigerante	☐ Batería
☐ Reinstalaciones de Software	☐ Fuente	☐ Cable
☐ Reparación Completa	☐ Relevo	☐ Celda O2
☐ Reparación Componentes	☐ Sonda de Bloque	☐ Compresor
☐ Reparación Estándar	☐ Sonda de Muestra	☐ Consola
☐ Tarjeta Principal	☐ Teclado	☐ CPU
☐ Otro:	☐ Válvula de Una Vía	☐ Cto. Paciente
	☐ Otro:	☐ Cubierta
		☐ Electrodo
		☐ Filtro
		☐ Flujo metro
		☐ Fuente
		☐ Impresora
		☐ Indicador
		☐ Instrumental
		☐ Interfase
		☐ Lámpara
		☐ Manguera
		☐ Manómetro
		☐ Mezclador
		☐ Módulo
		☐ Motor
		☐ Operativo
		☐ Pantalla
		☐ Pistón
		☐ Potenciometro
		☐ Reactivo
		☐ Sensor
		☐ Software
		☐ Tarjeta
		☐ Touchscreen
		☐ Transductor
		☐ Turbina
		☐ Válvula
		☒ Otro

PROBLEMA:
<u>Visita de mantenimiento Preventivo</u>
HTV: <u>202</u>
HIT: <u>202</u>

TRABAJOS REALIZADOS
<u>Se realiza revisión general del estado físico y funcional del equipo. Se realiza Test UVTi, Prueba de fugas, alarma, batería, pantalla, leds, membranas, calibración de Sonda O2. Se realizan Pruebas de desempeño en Parámetros Jm, VT, PEEP, PIP, frecuencia, Ti, Te, fIoz. Se utiliza equipo de verificación TSI</u>

OBSERVACIONES:
<u>Se entrega el equipo funcionando acorde a las especificaciones del fabricante.</u>

CLIENTE	DURACIÓN DEL TRABAJO	INSTRUMENTACIÓN S.A.
Nombre: <u>Kevin Gonzalez Rivero</u>	H. Llegada: <u>12:00 PM</u>	Nombre: <u>Daniel Alcantar C</u>
Cargo: <u>Ing. Biomédico</u>	H. Salida: <u>2:00 PM</u>	Cargo: <u>Ing. Servicio Técnico</u>
Firma: <u>Kevin Gonzalez R.</u>		Firma: <u>[Firma]</u>