

DATOS DEL CLIENTE Cliente: <u>Nueva Clínica Santo Tomás</u> Contacto: <u>Ing Alexander</u> Teléfono: <u></u> Ciudad: <u>Valledupar</u> Contrato: <u></u> Daño fuera de Garantía: <u></u>	IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO Equipo: <u>Ventilador de paciente</u> Marca: <u>CareFusion</u> Modelo: <u>Velo Comprehensive</u> S/N: <u>CAT04812</u> Ubicación: <u>Da A</u> Placa: <u>NIR</u>
---	---

TIPO DE SERVICIO ☐ Alistamiento ☐ Demostración	☐ Calibración ☐ Diagnóstico	☐ Capacitación ☐ Instalación	☐ Correctivo ☐ Otro	☐ Cortesía ☒ Preventivo
---	--	---	--	---

TIPO DE PROBLEMA ☐ Electrónico ☐ Neumático ☐ Producto ☐ Software ☐ Otro Cual: <u></u>
--

TIPO DE ELEMENTO LÍNEA COMUNICACIONES ☐ Periférico ☐ Reinstalaciones de Firmware ☐ Reinstalaciones de Software ☐ Reparación Completa ☐ Reparación Componentes ☐ Reparación Estándar ☐ Tarjeta Principal ☐ Otro: <u></u>	LÍNEA ANALÍTICA ☐ Filtro Emisor/Exhalación ☐ Filtro de Solución Refrigerante ☐ Fuente ☐ Relevó ☐ Sonda de Bloqueo ☐ Sonda de Muestra ☐ Teclado ☐ Válvula de Una Vía ☐ Otro: <u></u>	LÍNEA MÉDICA ☐ Amplificador ☐ Batería ☐ Cable ☐ Celda O2 ☐ Compresor ☐ Consola ☐ CPU ☐ Cto. Paciente ☐ Cubierta ☐ Electrodo ☐ Filtro ☐ Flujómetro ☐ Fuente ☐ Impresora ☐ Indicador ☐ Instrumental ☐ Interfase ☐ Lámpara ☐ Manguera ☐ Manómetro ☐ Mezclador ☐ Módulo ☐ Motor ☐ Operativo ☐ Pantalla ☐ Pistón ☐ Potenciometro ☐ Reactivo ☐ Sensor ☐ Software ☐ Tarjeta ☐ Touchscreen ☐ Transductor ☐ Turbina ☐ Válvula ☐ Otro
--	--	--

PROBLEMA: <u>Visita programada de mantenimiento preventivo</u>

TRABAJOS REALIZADOS <u>Se realizó revisión general por estado y funcionamiento. Verificación de Volúmenes, PEEP, PIP, I:E Ti. Concentraciones de O2. Se realizaron pruebas de fugas, lúx, membranas, válvulas, batería. Se realizó verificación de funcionamiento del nebulizador, pantalla táctil y limpieza de filtro de refrigeración.</u>

OBSERVACIONES: <u>Equipo funciona correctamente</u>
--

CLIENTE Nombre: <u>Alexander P. Leon M</u> Cargo: <u>ING Biomedico</u> Firma: <u>[Firma]</u>	DURACIÓN DEL TRABAJO H. Llegada: <u>15:30</u> H. Salida: <u>17:00</u>	INSTRUMENTACIÓN S.A. Nombre: <u>Daily Calderon</u> Cargo: <u>Ing ST</u> Firma: <u>[Firma]</u>
--	--	---