

DATOS DEL CLIENTE Cliente: <u>San Clínica Prevención y Salud IPS</u> Contacto: <u>Ing</u> Teléfono: _____ Ciudad: <u>El Bordo Magdalena</u> Contrato: <u>2ª Visita mto Preventivo Garantía</u> Daño fuera de Garantía: _____	IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO Equipo: <u>Ventilador de paciente</u> Marca: <u>Concussion</u> Modelo: <u>Vela Comprehensive</u> S/N: <u>CAT04816</u> Ubicación: <u>U.C.1</u> Placa: <u>1063</u>
---	---

TIPO DE SERVICIO					
☐ Alistamiento	☐ Calibración	☐ Capacitación	☐ Correctivo	☐ Cortesía	☐ Preventivo
☐ Demostración	☐ Diagnóstico	☐ Instalación	☐ Otro	☒	

TIPO DE PROBLEMA					
☐ Electrónico	☐ Neumático	☐ Producto	☐ Software	☐ Otro	Cual: _____

TIPO DE ELEMENTO					
LÍNEA COMUNICACIONES		LÍNEA ANALÍTICA		LÍNEA MÉDICA	
☐ Periférico	☐ Reinstalaciones de Firmware	☐ Filtro Emisor/Exhalación	☐ Filtro de Solución Refrigerante	☐ Amplificador	☐ Electrodo
☐ Reinstalaciones de Software	☐ Reparación Completa	☐ Fuente	☐ Relevo	☐ Batería	☐ Filtro
☐ Reparación Componentes	☐ Reparación Estándar	☐ Sonda de Bloqueo	☐ Sonda de Muestra	☐ Cable	☐ Flujoómetro
☐ Tarjeta Principal	☐ Otro:	☐ Teclado	☐ Válvula de Una Vía	☐ Celda O2	☐ Fuente
		☐ CPU	☐ Consola	☐ Compresor	☐ Impresora
		☐ Cto. Paciente	☐ CPU	☐ Consola	☐ Indicador
		☐ Cubierta	☐ Cto. Paciente	☐ CPU	☐ Instrumental
			☐ Lámpara	☐ Electrodo	☐ Manguera
				☐ Filtro	☐ Manómetro
				☐ Flujoómetro	☐ Mezclador
				☐ Fuente	☐ Módulo
				☐ Impresora	☐ Motor
				☐ Indicador	☐ Operativo
				☐ Instrumental	☐ Pantalla
				☐ Interfase	☐ Pistón
				☐ Lámpara	☐ Potenciómetro
					☐ Reactivo
					☐ Sensor
					☐ Software
					☐ Tarjeta
					☐ Touchscreen
					☐ Transductor
					☐ Turbina
					☐ Válvula
					☐ Otro

PROBLEMA: <u>Visita de mantenimiento preventivo N°2.</u>
--

TRABAJOS REALIZADOS <u>Revisión general, Verificación de volúmenes, flujos, Pip, PEEP, Vm, Ti, alarmas, fugas, concentraciones de oxígeno, frecuencia respiratoria, relación I:E, pantalla sensible al tacto, membranas, leds, pruebas a b batería, pruebas finales de desempeño del ventilador, estas pasan exitosamente.</u>
--

OBSERVACIONES: <u>El Ventilador se entrega funcionando correctamente de acuerdo a las especificaciones del fabricante y en perfecto estado.</u>

CLIENTE Nombre: <u>Kendry Cardo Lopez</u> Cargo: <u>Ing. Instrumentación</u> Firma: <u>Kendry</u>	DURACIÓN DEL TRABAJO H. Llegada: <u>13:00</u> H. Salida: <u>15:30</u>	INSTRUMENTACIÓN S.A. Nombre: <u>Fernando Romero</u> Cargo: <u>S. T.</u> Firma: <u>Fernando</u>
---	--	--