

DATOS DEL CLIENTE

Cliente: Instituto Cardiovascular del Cesar
 Contacto: Ing. Flojo Jorge
 Teléfono: Valledupar
 Ciudad: Valledupar
 Contrato:
 Daño fuera de Garantía:

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Equipo: Ventilador de puente
 Marca: Carrefour
 Modelo: Vela Comprehensive
 S/N: DAT04819
 Ubicación: Ou A
 Placa: NIR

TIPO DE SERVICIO

☐ Alistamiento ☐ Calibración ☐ Capacitación ☐ Correctivo ☐ Cortesía
☐ Demostración ☐ Diagnóstico ☐ Instalación ☐ Otro ☒ Preventivo

TIPO DE PROBLEMA

☐ Electrónico ☐ Neumático ☐ Producto ☐ Software ☐ Otro Cual:

TIPO DE ELEMENTO

LÍNEA COMUNICACIONES

☐ Periférico
☐ Reinstalaciones de Firmware
☐ Reinstalaciones de Software
☐ Reparación Completa
☐ Reparación Componentes
☐ Reparación Estándar
☐ Tarjeta Principal
☐ Otro:

LÍNEA ANALÍTICA

☐ Filtro Emisor/Exhalación
☐ Filtro de Solución Refrigerante
☐ Fuente
☐ Relevé
☐ Sonda de Bloque
☐ Sonda de Muestra
☐ Teclado
☐ Válvula de Una Vía
☐ Otro:

LÍNEA MÉDICA

☐ Amplificador ☐ Electrodo ☐ Manguera ☐ Reactivo
☐ Batería ☐ Filtro ☐ Manómetro ☐ Sensor
☐ Cable ☐ Flujómetro ☐ Mezclador ☐ Software
☐ Celda O2 ☐ Fuente ☐ Módulo ☐ Tarjeta
☐ Compresor ☐ Impresora ☐ Motor ☐ Touchscreen
☐ Consola ☐ Indicador ☐ Operativo ☐ Transductor
☐ CPU ☐ Instrumental ☐ Pantalla ☐ Turbina
☐ Cto. Paciente ☐ Interfase ☐ Pistón ☐ Válvula
☐ Cubierta ☐ Lámpara ☐ Potenciómetro ☐ Otro

PROBLEMA:

Visita programada de mantenimiento preventivo

TRABAJOS REALIZADOS

Se realiza revisión general por estado y funcionamiento, Verificación de Volúmenes, PEEP, PIP, Frecuencia Respiratoria, Relación I:E, Ti, Concentraciones de O2, Se realiza prueba de fugas, alarmas, luces, membranas, batería y Calibración de celdas de O2. Se realiza verificación de funcionamiento del nebulizador, pantalla táctil y limpieza del filtro de refrigeración.

OBSERVACIONES:

Equipo funciona dentro de los parámetros establecidos por el fabricante

CLIENTE

Nombre: Flojo Jorge
 Cargo: Jefe de Mantenimiento
 Firma: Flojo Jorge

DURACIÓN DEL TRABAJO

H. Llegada: 8:00

H. Salida: 9:15

INSTRUMENTACIÓN S.A.

Nombre: Dely Catherine Colón
 Cargo: Jefe de Mantenimiento
 Firma: Dely Catherine Colón