

DATOS DEL CLIENTE	IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO
Cliente: Clínica Meintegral SAS	Equipo: Ventilador de Paciente
Contacto: Ing. Angela Garzon	Marca: Carefusion
Teléfono: 305 462 4872	Modelo: Vela comprehensive
Ciudad: Fipaguita, Tundinamarca	S/N: CAT 04823
Contrato: MSB	Ubicación: UCF
Daño fuera de Garantía: - - - 15	Placa: 42-AD0323

TIPO DE SERVICIO					
☐ Alistamiento	☐ Calibración	☐ Capacitación	☐ Correctivo	☐ Cortesía	☐ Preventivo
☐ Demostración	☐ Diagnóstico	☐ Instalación	☐ Otro	☒	

TIPO DE PROBLEMA	
☐ Electrónico ☐ Neumático ☐ Producto ☐ Software ☒ Otro	Cual: Preventivo

TIPO DE ELEMENTO			
LÍNEA COMUNICACIONES	LÍNEA ANALÍTICA	LÍNEA MÉDICA	
☐ Periférico ☐ Reinstalaciones de Firmware ☐ Reinstalaciones de Software ☐ Reparación Completa ☐ Reparación Componentes ☐ Reparación Estándar ☐ Tarjeta Principal ☐ Otro:	☐ Filtro Emisor/Exhalación ☐ Filtro de Solución Refrigerante ☐ Fuente ☐ Relevé ☐ Sonda de Bloqueo ☐ Sonda de Muestra ☐ Teclado ☐ Válvula de Una Vía ☐ Otro:	☐ Amplificador ☐ Batería ☐ Cable ☐ Celda O2 ☐ Compresor ☐ Consola ☐ CPU ☐ Cto. Paciente ☐ Cubierta	☐ Electrodo ☐ Filtro ☐ Flujometro ☐ Fuente ☐ Impresora ☐ Indicador ☐ Instrumental ☐ Interfase ☐ Lámpara
		☐ Manguera ☐ Manómetro ☐ Mezclador ☐ Módulo ☐ Motor ☐ Operativo ☐ Pantalla ☐ Pistón ☐ Potenciometro	☐ Reactivo ☐ Sensor ☐ Software ☐ Tarjeta ☐ Touchscreen ☐ Transductor ☐ Turbina ☐ Válvula ☒ Otro

PROBLEMA:	HTV:	HTT:
Visita de mantenimiento Preventivo	14	14

TRABAJOS REALIZADOS
Se realiza revisión del estado físico y funcional del equipo. Se realiza Test UVT; prueba de fugas, calibración de sensor de O2, prueba de batería, alarmas, pantalla, leds, membranas. Test de desempeño para parámetros: Vm, VT, PEEP, PIP, Tr, I:E, frecuencia, % fio2. Se utiliza equipo de verificación TSI.

OBSERVACIONES:
Se entrega equipo funcionando acorde a las especificaciones del fabricante. Se entrega sensor de flujo con ref. 15014.

CLIENTE	DURACIÓN DEL TRABAJO	INSTRUMENTACIÓN S.A.
Nombre: Ana D.	H. Llegada: 2: PM	Nombre: Daniel Alcantor C.
Cargo: Ing. Guardia	H. Salida: 4: 00 PM	Cargo: Ing. Servicio Técnico
Firma: [Firma]		Firma: [Firma]