

DATOS DEL CLIENTE	IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO
Cliente: <u>Meintegra SAS</u>	Equipo: <u>Ventilador de paciente</u>
Contacto: <u>Jay Arred</u>	Marca: <u>Curefusion</u>
Teléfono: _____	Modelo: <u>VE1A-Comprehensive</u>
Ciudad: <u>Zipaquira cund.</u>	S/N: <u>CA104823</u>
Contrato: _____	Ubicación: <u>UCI</u>
Daño fuera de Garantía: _____	Placa: <u>Q122438</u>

TIPO DE SERVICIO					
☐ Alistamiento	☐ Calibración	☐ Capacitación	☐ Correctivo	☐ Cortesía	☐ Preventivo
☐ Demostración	☐ Diagnóstico	☐ Instalación	☐ Otro	☒	

TIPO DE PROBLEMA	
☐ Electrónico	☐ Neumático
☐ Producto	☐ Software
☒ Otro	Cual: <u>Preventivo</u>

TIPO DE ELEMENTO		
LÍNEA COMUNICACIONES	LÍNEA ANALÍTICA	LÍNEA MÉDICA
☐ Periférico	☐ Filtro Emisor/Exhalación	☐ Amplificador
☐ Reinstalaciones de Firmware	☐ Filtro de Solución Refrigerante	☐ Batería
☐ Reinstalaciones de Software	☐ Fuente	☐ Cable
☐ Reparación Completa	☐ Relevé	☐ Celda O2
☐ Reparación Componentes	☐ Sonda de Bloqueo	☐ Compresor
☐ Reparación Estándar	☐ Sonda de Muestra	☐ Consola
☐ Tarjeta Principal	☐ Teclado	☐ CPU
☐ Otro:	☐ Válvula de Una Vía	☐ Cto. Paciente
	☐ Otro:	☐ Cubierta
		☐ Electrodo
		☐ Filtro
		☐ Flujoómetro
		☐ Fuente
		☐ Impresora
		☐ Indicador
		☐ Instrumental
		☐ Interfase
		☐ Lámpara
		☐ Manguera
		☐ Manómetro
		☐ Mezclador
		☐ Módulo
		☐ Motor
		☐ Operativo
		☐ Pantalla
		☐ Pistón
		☐ Potenciómetro
		☐ Reactivo
		☐ Sensor
		☐ Software
		☐ Tarjeta
		☐ Touchscreen
		☐ Transductor
		☐ Turbina
		☐ Válvula
		☐ Otro

PROBLEMA:
<u>Vista #2. Mantenimiento Preventivo.</u>

TRABAJOS REALIZADOS
<u>Revisión general del equipo por estado y funcionamiento.</u>
<u>Se realizan pruebas UVT: fugas, alarmas, teclas, leds indicadores,</u>
<u>pantalla táctil. Todas OK. Verificación de parámetros ventilatorios</u>
<u>incluidos en protocolo adjunto. Todas OK.</u>

OBSERVACIONES:
<u>Equipo funcionando de acuerdo a especificaciones de fabricante.</u>

CLIENTE	DURACIÓN DEL TRABAJO	INSTRUMENTACIÓN S.A.
Nombre: <u>Andrés Barrón</u>	H. Llegada: <u>2:00pm</u>	Nombre: <u>Jay Valderon</u>
Cargo: <u>Ing. Electrónico</u>	H. Salida: <u>4:00pm</u>	Cargo: <u>Ing. Sr.</u>
Firma: <u>[Firma]</u>		Firma: <u>[Firma]</u>