

DATOS DEL CLIENTE	IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO
Cliente: <u>Sras Instituto Cardiovascular del Cesar</u>	Equipo: <u>Ventilador de paciente</u>
Contacto: <u>Ing Elvira Jorge R</u>	Marca: <u>Corgusion</u>
Teléfono: _____	Modelo: <u>Velo-Comprehensive</u>
Ciudad: <u>Velopedar</u>	S/N: <u>CAT04830</u>
Contrato: <u>1ª Visita de mantenimiento</u>	Ubicación: <u>U.C.I</u>
Daño fuera de Garantía: _____	Placa: <u>N/A</u>

TIPO DE SERVICIO			
☐ Alistamiento	☐ Calibración	☐ Capacitación	☐ Correctivo
☐ Demostración	☐ Diagnóstico	☐ Instalación	☐ Cortesía
			☒ Preventivo

TIPO DE PROBLEMA	
☐ Electrónico	☐ Neumático
☐ Producto	☐ Software
☐ Otro	Cual: _____

TIPO DE ELEMENTO			
LÍNEA COMUNICACIONES	LÍNEA ANALÍTICA	LÍNEA MÉDICA	
☐ Periférico ☐ Reinstalaciones de Firmware ☐ Reinstalaciones de Software ☐ Reparación Completa ☐ Reparación Componentes ☐ Reparación Estándar ☐ Tarjeta Principal ☐ Otro: _____	☐ Filtro Emisor/Exhalación ☐ Filtro de Solución Refrigerante ☐ Fuente ☐ Relevé ☐ Sonda de Bloqueo ☐ Sonda de Muestra ☐ Teclado ☐ Válvula de Una Vía ☐ Otro: _____	☐ Amplificador ☐ Batería ☐ Cable ☐ Celda O2 ☐ Compresor ☐ Consola ☐ CPU ☐ Cto. Paciente ☐ Cubierta	☐ Electrodo ☐ Filtro ☐ Flujómetro ☐ Fuente ☐ Impresora ☐ Indicador ☐ Instrumental ☐ Interfase ☐ Lámpara ☐ Manguera ☐ Manómetro ☐ Mezclador ☐ Módulo ☐ Motor ☐ Operativo ☐ Pantalla ☐ Pistón ☐ Potenciómetro ☐ Reactivo ☐ Sensor ☐ Software ☐ Tarjeta ☐ Touchscreen ☐ Transductor ☐ Turbina ☐ Válvula ☐ Otro

PROBLEMA:
<u>Visita de mantenimiento preventivo</u>

TRABAJOS REALIZADOS
<u>Revisión general por estado y funcionamiento consistente en verificación de volúmenes, flujos, Peep, Pip, Vm, ti, fugas, relación I/E, frecuencia respiratoria, alarmas, calibración sensor de oxígeno, concentraciones de O2, pantalla táctil al tacto, membranas, nebulizador, pruebas a la batería y pruebas de desempeño al ventilador</u>

OBSERVACIONES:
<u>El ventilador se entrega funcionando correctamente de acuerdo a las especificaciones del fabricante</u>

CLIENTE	DURACIÓN DEL TRABAJO	INSTRUMENTACIÓN S.A.
Nombre: <u>Elvira Jorge R</u>	H. Llegada: <u>15:15</u>	Nombre: <u>Fernando Romero</u>
Cargo: <u>Ing Instrumentación</u>	H. Salida: <u>17:00</u>	Cargo: <u>S.T</u>
Firma: <u>Elvira Jorge R.</u>		Firma: <u>[Firma]</u>