

DATOS DEL CLIENTE	IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO
Cliente: Clínica Meritigual S.A.S	Equipo: Ventilador de paciente
Contacto: Ing. Angela Guizon	Marca: Carefusion
Teléfono: 3054677871	Modelo: Vela comprehensive
Ciudad: Zipaquira - Cundinamarca	S/N: CAT04832
Contrato: ASKS	Ubicación: UCI
Daño fuera de Garantía: - -	Placa: M2 AD 0324

TIPO DE SERVICIO					
☐ Alistamiento	☐ Calibración	☐ Capacitación	☐ Correctivo	☐ Cortesia	☒ Preventivo
☐ Demostración	☐ Diagnóstico	☐ Instalación	☐ Otro		

TIPO DE PROBLEMA					
☐ Electrónico	☐ Neumático	☐ Producto	☐ Software	☒ Otro	Cual: Preventivo

TIPO DE ELEMENTO					
LÍNEA COMUNICACIONES	LÍNEA ANALÍTICA	LÍNEA MÉDICA			
☐ Periférico ☐ Reinstalaciones de Firmware ☐ Reinstalaciones de Software ☐ Reparación Completa ☐ Reparación Componentes ☐ Reparación Estándar ☐ Tarjeta Principal ☐ Otro:	☐ Filtro Emisor/Exhalación ☐ Filtro de Solución Refrigerante ☐ Fuente ☐ Relévo ☐ Sonda de Bloqueo ☐ Sonda de Muestra ☐ Teclado ☐ Válvula de Una Vía ☐ Otro:	☐ Amplificador ☐ Batería ☐ Cable ☐ Celda O2 ☐ Compresor ☐ Consola ☐ CPU ☐ Cto. Paciente ☐ Cubierta	☐ Electrodo ☐ Filtro ☐ Flujómetro ☐ Fuente ☐ Impresora ☐ Indicador ☐ Instrumental ☐ Interfase ☐ Lámpara	☐ Manguera ☐ Manómetro ☐ Mezclador ☐ Módulo ☐ Motor ☐ Operativo ☐ Pantalla ☐ Pistón ☐ Potenciometro	☐ Reactivo ☐ Sensor ☐ Software ☐ Tarjeta ☐ Touchscreen ☐ Transductor ☐ Turbina ☐ Válvula ☒ Otro

PROBLEMA:	Visita de mantenimiento preventivo	HTV: 16	HTT: 16
------------------	------------------------------------	---------	---------

TRABAJOS REALIZADOS
Se realiza revisión general del estado físico y funcional del equipo. Se realiza Test UUT: Fijación fugas, Calibración de Sensor O2, Fijación de batería, alarmas pantalla, membranas, leds. Test de corriente en Parámetros: Vm, Vt, Peep, PIP, Ti, I:E, Frecuencia, FiO2. Se utiliza equipo de verificación TSI.

OBSERVACIONES:
Se entrega equipo funcionando acorde a las especificaciones del fabricante.

CLIENTE	DURACIÓN DEL TRABAJO	INSTRUMENTACIÓN S.A.
Nombre: Andra Ruiz	H. Llegada: 10:00 am	Nombre: Daniel Alcantar C.
Cargo: Ing. Químico	H. Salida: 12:00 PM	Cargo: Ing. Servicio Técnico
Firma: [Firma]		Firma: [Firma]