

DATOS DEL CLIENTE

Cliente: Meintegral SAS
Contacto: Ing Andred
Teléfono: _____
Ciudad: Zipaquirá Cund
Contrato: _____
Daño fuera de Garantía: _____

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Equipo: Ventilador de Paciente
Marca: Carefusion
Modelo: VE/A-Comprehensive
S/N: CAT04832
Ubicación: UCI
Placa: QR 2437

TIPO DE SERVICIO

☐ Alistamiento ☐ Calibración ☐ Capacitación ☐ Correctivo ☐ Cortesía
☐ Demostración ☐ Diagnóstico ☐ Instalación ☐ Otro ☒ Preventivo

TIPO DE PROBLEMA

☐ Electrónico ☐ Neumático ☐ Producto ☐ Software ☒ Otro Cual: Preventivo

TIPO DE ELEMENTO

LÍNEA COMUNICACIONES

☐ Periférico
☐ Reinstalaciones de Firmware
☐ Reinstalaciones de Software
☐ Reparación Completa
☐ Reparación Componentes
☐ Reparación Estándar
☐ Tarjeta Principal
☐ Otro: _____

LÍNEA ANALÍTICA

☐ Filtro Emisor/Exhalación
☐ Filtro de Solución Refrigerante
☐ Fuente
☐ Relevé
☐ Sonda de Bloqueo
☐ Sonda de Muestra
☐ Teclado
☐ Válvula de Una Vía
☐ Otro: _____

LÍNEA MÉDICA

☐ Amplificador	☐ Electrodo	☐ Manguera	☐ Reactivo
☐ Batería	☐ Filtro	☐ Manómetro	☐ Sensor
☐ Cable	☐ Flujómetro	☐ Mezclador	☐ Software
☐ Celda O2	☐ Fuente	☐ Módulo	☐ Tarjeta
☐ Compresor	☐ Impresora	☐ Motor	☐ Touchscreen
☐ Consola	☐ Indicador	☐ Operativo	☐ Transductor
☐ CPU	☐ Instrumental	☐ Pantalla	☐ Turbina
☐ Cto. Paciente	☐ Interfase	☐ Pistón	☐ Válvula
☐ Cubierta	☐ Lámpara	☐ Potenciómetro	☐ Otro

PROBLEMA: Visita #2. Mantenimiento Preventivo

TRABAJOS REALIZADOS

Revisión general por estado y funcionamiento. Verificación de parámetros incluidos en protocolo adjunto. Revisión de alarmas: O2, fugas, altímetro, teclas, calibración celda O2, pantalla táctil, leds indicadores. Todas OK.

OBSERVACIONES:

Equipo funcionando de acuerdo a especificaciones de fabricante.

CLIENTE

Nombre: Andred
Cargo: Ing. S. Guevara
Firma: Andred

DURACIÓN DEL TRABAJO

H. Llegada: 10:00am
H. Salida: 12:00m

INSTRUMENTACIÓN S.A.

Nombre: Ing. Catherine Collier
Cargo: Ing. ST
Firma: Catherine Collier