

26253

DATOS DEL CLIENTE	IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO
Cliente: <u>Clinica Maraca</u>	Equipo: <u>Ventilador de caliente</u>
Contacto: <u>Duvan Orozco</u>	Marca: <u>Corpus</u>
Teléfono: <u>316 7366246</u>	Modelo: <u>VA10</u>
Ciudad: <u>Maraca</u>	S/N: <u>CAT 04834</u>
Contrato: _____	Ubicación: <u>UCI</u>
Daño fuera de Garantía: _____	Placa: <u>NIA</u>

TIPO DE SERVICIO					
☐ Alistamiento	☐ Calibración	☐ Capacitación	☐ Correctivo	☐ Cortesia	
☐ Demostración	☐ Diagnóstico	☐ Instalación	☐ Otro	☒ Preventivo	

TIPO DE PROBLEMA					
☐ Electrónico	☐ Neumático	☐ Producto	☐ Software	☐ Otro	Cual: _____

TIPO DE ELEMENTO					
LÍNEA COMUNICACIONES	LÍNEA ANALÍTICA	LÍNEA MÉDICA			
☐ Periférico ☐ Reinstalaciones de Firmware ☐ Reinstalaciones de Software ☐ Reparación Completa ☐ Reparación Componentes ☐ Reparación Estándar ☐ Tarjeta Principal ☐ Otro: _____	☐ Filtro Emisor/Exhalación ☐ Filtro de Solución Refrigerante ☐ Fuente ☐ Relevo ☐ Sonda de Bloqueo ☐ Sonda de Muestra ☐ Teclado ☐ Válvula de Una Vía ☐ Otro: _____	☐ Amplificador ☐ Batería ☐ Cable ☐ Celda O2 ☐ Compresor ☐ Consola ☐ CPU ☐ Cto. Paciente ☐ Cubierta	☐ Electrodo ☐ Filtro ☐ Flujoómetro ☐ Fuente ☐ Impresora ☐ Indicador ☐ Instrumental ☐ Interfase ☐ Lámpara	☐ Manguera ☐ Manómetro ☐ Mezclador ☐ Módulo ☐ Motor ☐ Operativo ☐ Pantalla ☐ Pistón ☐ Potenciómetro	☐ Reactivo ☐ Sensor ☐ Software ☐ Tarjeta ☐ Touchscreen ☐ Transductor ☐ Turbina ☐ Válvula ☐ Otro

PROBLEMA:
<u>Visita de Mantenimiento Preventivo #1 de la garantía</u>

TRABAJOS REALIZADOS
<u>Enfermería Física y de Funcionamiento, 1. marca interna y externa, pruebas OVR, leds, teclas, alarmas, fugas, calibración de celda de O2, pruebas de desarmado de la batería y neumáticos ventiladores, todas OK. Anexo Protocolo de mantenimiento.</u>

OBSERVACIONES:
<u>al momento de hacer mantenimiento el equipo no se encuentra con la manguera de O2 ni el carro de transporte.</u>

CLIENTE	DURACIÓN DEL TRABAJO	INSTRUMENTACIÓN S.A.
Nombre: <u>ROSA SORABIA H</u>	H. Llegada: <u>7:30 am</u>	Nombre: <u>Rodrigo Bogotá G.</u>
Cargo: <u>Administrativa</u>	H. Salida: <u>7:00 pm</u>	Cargo: <u>Ing. Servicio técnico</u>
Firma: <u>[Firma]</u>		Firma: <u>[Firma]</u>

Instrumentación SA Soluciones que mejoran la vida	PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO VENTILADOR VELA	Código: -PMP-01 Versión: 1.1

IDENTIFICACION		
Nombre de Equipo: VENTILADOR DE PACIENTE	Marca: CAREFUSION	
Modelo: VELA	Serie: CAT04834	Activo: N/A
Institución/Ubicación: Clínica Maicao	Servicio: UCI	
Fecha: 15/12/20	HTV: 707	HTT: 707

PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO									
No.	ACTIVIDAD	CUMPLE			No.	ACTIVIDAD	CUMPLE		
		SI	NO	N/A			SI	NO	N/A
1.	Verificación de estado general	/			11.	Alarma Frecuencia Alta	/		
2.	Prueba de fugas	/			12.	Alarma Vm Bajo	/		
3.	Prueba de luces	/			13.	Alarma Pmax Baja	/		
4.	Prueba de membranas	/			14.	Alarma Pmax Alta	/		
5.	Prueba de alarmas	/			15.	Alarma Apnea	/		
6.	Calibración celda de O ₂ (21%-100%)	/			16.	Cambio Kit Mantenimiento Anual			X
7.	Funcionamiento de Nebulizador	/			17.	Cambio de Batería			X
8.	Funcionamiento de pantalla táctil	/			18.	Cambio de filtro de refrigeración			X
9.	Prueba de batería	/			19.	Cambio de Celda de O ₂			X
10.	Limpieza filtro de refrigeración	/			20.	Otros			X

VERIFICACION DE PARAMETROS							
No.	PARAMETRO	VALOR DE REFERENCIA	RANGO DE TOLERANCIA	VALOR		CUMPLE	
				INICIAL	FINAL	SI	NO
1.	Vm	6 L	± 1.2L	6.03	6.03	/	
2.	VT	500 mL	± 10%	503	503	/	
3.	PEEP	5 cmH ₂ O	± 2 cmH ₂ O	4.68	4.68	/	
4.	Frecuencia	12 rpm	± 2 rpm	12	12	/	
5.	PIP	Monitoreada	± 2 cmH ₂ O	30.4	30.4	/	
6.	I:E	1:6.3	± 10%	1:6.21	1:6.21	/	
7.	TI	0.68s	± 0.5s	0.695	0.695	/	
8.	O ₂	21%	20% - 22%	20.7	20.7	/	
9.	O ₂	30%	27% - 33%	29.6	29.6	/	
10.	O ₂	60%	55% - 65%	61.2	61.2	/	
11.	O ₂	90%	85% - 95%	89.8	89.8	/	
12.	O ₂	100%	95% - 100%	98.8	98.8	/	

INSTRUMENTOS UTILIZADOS		
Instrumento	Marca	Serie
Equipo de verificación	TSI	40812030042

OBSERVACIONES	

ENTREGA			
Instrumentación SA		Institución	
Firma: [Firma]	Firma: ROSA SOCARRAS	Estado: Aprobado X	
Nombre: Rodolfo Bogota	Nombre:	Correctivo	
Cargo: Ing. Sanitario Tecnico	Cargo: FISIOTERAPEUTA	Fuera de Servicio	
Fecha: 15/12/20	Fecha: 15-12-20		