

DATOS DEL CLIENTE

Cliente: Clínica de Maicao.
Contacto: Harold Delgado
Teléfono: 301 783 9783
Ciudad: Maicao
Contrato:
Daño fuera de Garantía:

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Equipo: Ventilador
Marca: Canotusion
Modelo: Vela comprehensive
S/N: CAT04834
Ubicación: UCI.
Placa:

TIPO DE SERVICIO

☐ Alistamiento ☐ Calibración ☐ Capacitación ☐ Correctivo ☐ Cortesía
☐ Demostración ☐ Diagnóstico ☐ Instalación ☐ Otro ☒ Preventivo

TIPO DE PROBLEMA

☐ Electrónico ☐ Neumático ☐ Producto ☐ Software ☐ Otro Cual:

PROBLEMA:

2do Mantenimiento preventivo por garantía.

TRABAJOS REALIZADOS

Verificación de estado físico y funcional, test uni: leds, membrana, alarmas, fuga, cal 02, prueba de desempeño de batería, parámetros ventiladores y limpieza general, entro protocolo.

OBSERVACIONES:

Equipo en correcto funcionamiento

CLIENTE

Nombre: Harold Delgado
Cargo: Biomédico
Firma: [Firma]

DURACIÓN DEL TRABAJO

H. Llegada: 8 am
H. Salida: 9:30 am

INSTRUMENTACIÓN S.A.

Nombre: Karen V. Llanos C.
Cargo: Ing. Técnico Técnico
Firma: [Firma]