

DATOS DEL CLIENTE	IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO
Cliente: <u>Clinica Bencarr</u>	Equipo: <u>Ventilador de Fierro</u>
Contacto: <u>Jug. Hernandez Pinto</u>	Marca: <u>Carefusion</u>
Teléfono: <u>300 213 3093</u>	Modelo: <u>Vola Comprensivo</u>
Ciudad: <u>Risobacha - La Guajira</u>	S/N: <u>CAT 04838</u>
Contrato: <u>MSPS</u>	Ubicación: <u>UCS</u>
Daño fuera de Garantía: <u>- - -</u>	Placa: <u>-</u>

TIPO DE SERVICIO				
☐ Alistamiento	☐ Calibración	☐ Capacitación	☐ Correctivo	☐ Cortesia
☐ Demostración	☐ Diagnóstico	☐ Instalación	☐ Otro	☒ Preventivo

TIPO DE PROBLEMA				
☐ Electrónico	☐ Neumático	☐ Producto	☐ Software	☒ Otro Cual: <u>Preventivo</u>

TIPO DE ELEMENTO			
LÍNEA COMUNICACIONES	LÍNEA ANALÍTICA	LÍNEA MÉDICA	
☐ Periférico ☐ Reinstalaciones de Firmware ☐ Reinstalaciones de Software ☐ Reparación Completa ☐ Reparación Componentes ☐ Reparación Estándar ☐ Tarjeta Principal ☐ Otro:	☐ Filtro Emisor/Exhalación ☐ Filtro de Solución Refrigerante ☐ Fuente ☐ Relevo ☐ Sonda de Bloqueo ☐ Sonda de Muestra ☐ Teclado ☐ Válvula de Una Vía ☐ Otro:	☐ Amplificador ☐ Batería ☐ Cable ☐ Celda O2 ☐ Compresor ☐ Consola ☐ CPU ☐ Cto. Paciente ☐ Cubierta	☐ Electrodo ☐ Filtro ☐ Flujometro ☐ Fuente ☐ Impresora ☐ Indicador ☐ Instrumental ☐ Interfase ☐ Lámpara ☐ Manguera ☐ Manómetro ☐ Mezclador ☐ Módulo ☐ Motor ☐ Operativo ☐ Pantalla ☐ Pistón ☐ Potenciómetro ☐ Reactivo ☐ Sensor ☐ Software ☐ Tarjeta ☐ Touchscreen ☐ Transductor ☐ Turbina ☐ Válvula ☒ Otro

PROBLEMA: <u>Visita de mantenimiento preventivo</u>	<u>HTV: 15</u>
	<u>HTT: 15</u>

TRABAJOS REALIZADOS
<u>Se realiza revisión general del estado físico y funcional del equipo. Se realiza Test HTV; Prueba de fuga, Calibración de sensor O2, Prueba de alarma, Batería, Pantalla, leds, membranas. Se realiza test de desempeño para parámetros Vm, Vt, PEEP, PIP, Tc, FiO2, Frecuencia, Z-floz. Se utiliza equipo de verificación T.I.</u>

OBSERVACIONES:
<u>Se entrega equipo funcionando acorde a las especificaciones del fabricante.</u>

CLIENTE	DURACIÓN DEL TRABAJO	INSTRUMENTACIÓN S.A.
Nombre: <u>Hernando Pinto Ballesteros</u>	H. Llegada: <u>9:30am</u>	Nombre: <u>Daniel Alcantar P.</u>
Cargo: <u>Tipo de Mantenimiento</u>	H. Salida: <u>10:30am</u>	Cargo: <u>Ing. Servicio Técnico</u>
Firma: <u>HJPB</u>		Firma: <u>[Firma]</u>