

Instrumentación S.A.

Soluciones que mejoran la vida

ORDEN DE SERVICIO No. **11689**

FECHA: 03 12 2020

DATOS DEL CLIENTE	IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO
Cliente: <u>Clinica Medicos de Alto Complejidad</u>	Equipo: <u>Ventilador de paciente</u>
Contacto: <u>Ing Mireya</u>	Marca: <u>Cortesia</u>
Teléfono: <u></u>	Modelo: <u>Vela Comprehensive</u>
Ciudad: <u>Vallabona</u>	S/N: <u>CAT01241</u>
Contrato: <u></u>	Ubicación: <u>Oca</u>
Daño fuera de Garantía: <u></u>	Placa: <u>14006</u>

TIPO DE SERVICIO				
☐ Alistamiento	☐ Calibración	☐ Capacitación	☐ Correctivo	☐ Cortesia
☐ Demostración	☐ Diagnóstico	☐ Instalación	☐ Otro	☒ Preventivo

TIPO DE PROBLEMA
☐ Electrónico ☐ Neumático ☐ Producto ☐ Software ☐ Otro Cual: <u></u>

TIPO DE ELEMENTO			
LÍNEA COMUNICACIONES	LÍNEA ANALÍTICA	LÍNEA MÉDICA	
☐ Periférico ☐ Reinstalaciones de Firmware ☐ Reinstalaciones de Software ☐ Reparación Completa ☐ Reparación Componentes ☐ Reparación Estándar ☐ Tarjeta Principal ☐ Otro: <u></u>	☐ Filtro Emisor/Exitiación ☐ Filtro de Solución Refrigerante ☐ Fuente ☐ Relevo ☐ Sonda de Bloque ☐ Sonda de Muestra ☐ Teclado ☐ Válvula de Una Vía ☐ Otro: <u></u>	☐ Amplificador ☐ Batería ☐ Cable ☐ Celda O2 ☐ Compresor ☐ Consola ☐ CPU ☐ Cto. Paciente ☐ Cubierta	☐ Electrodo ☐ Filtro ☐ Flujometro ☐ Fuente ☐ Impresora ☐ Indicador ☐ Instrumental ☐ Interfase ☐ Lámpara ☐ Manguera ☐ Manómetro ☐ Mezclador ☐ Módulo ☐ Motor ☐ Operativo ☐ Pantalla ☐ Pistón ☐ Potenciometro ☐ Reactivo ☐ Sensor ☐ Software ☐ Tarjeta ☐ Touchscreen ☐ Transductor ☐ Turbina ☐ Válvula ☐ Otro

PROBLEMA:
<u>Vela programada de mantenimiento preventivo</u>

TRABAJOS REALIZADOS
<u>Se realiza revisión general por estado y funcionamiento, Verificación de Volúmenes PEEP, PIP, Ti, Relación I:E, Concentraciones de O2. Se realiza prueba de tipos, alarmas, luces, membranas, pleuro, calibración de presión de O2, Verificación del rebotizador, pantalla tactil y limpieza del filtro de refrigeración.</u>

OBSERVACIONES:
<u>Equipo funciona dentro de los parametros establecidos por el fabricante</u>

CLIENTE	DURACIÓN DEL TRABAJO	INSTRUMENTACIÓN S.A.
Nombre: <u>Miraya Valencia</u>	Nombre: <u>Daily Catherine Calderon</u>	
Cargo: <u>C. Biomedica</u>	Cargo: <u>Ing ST</u>	
Firma: <u>Miraya Valencia</u>	H. Llegada: <u>11:30</u>	Firma: <u>[Firma]</u>
	H. Salida: <u>13:00</u>	