

DATOS DEL CLIENTE	IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO
Cliente: <u>Sras Clínica Alta Complejidad</u>	Equipo: <u>Ventilador de paciente</u>
Contacto: <u>Ing Mireya</u>	Marca: <u>Concepción</u>
Teléfono: _____	Modelo: <u>Vela-Comprehensive</u>
Ciudad: <u>Valledupar</u>	S/N: <u>CAT04844</u>
Contrato: <u>1ª visita de mantenimiento preventivo</u>	Ubicación: <u>U. C 1</u>
Daño fuera de Garantía: _____	Placa: <u>OR # 14020</u>

TIPO DE SERVICIO				
☐ Alistamiento	☐ Calibración	☐ Capacitación	☐ Correctivo	☐ Cortesía
☐ Demostración	☐ Diagnóstico	☐ Instalación	☐ Otro	☒ Preventivo

TIPO DE PROBLEMA
☐ Electrónico ☐ Neumático ☐ Producto ☐ Software ☐ Otro Cual: _____

TIPO DE ELEMENTO			
LÍNEA COMUNICACIONES	LÍNEA ANALÍTICA	LÍNEA MÉDICA	
☐ Periférico ☐ Reinstalaciones de Firmware ☐ Reinstalaciones de Software ☐ Reparación Completa ☐ Reparación Componentes ☐ Reparación Estándar ☐ Tarjeta Principal ☐ Otro: _____	☐ Filtro Emisor/Exhalación ☐ Filtro de Solución Refrigerante ☐ Fuente ☐ Relevé ☐ Sonda de Bloqueo ☐ Sonda de Muestra ☐ Teclado ☐ Válvula de Una Vía ☐ Otro: _____	☐ Amplificador ☐ Batería ☐ Cable ☐ Celda O2 ☐ Compresor ☐ Consola ☐ CPU ☐ Cto. Paciente ☐ Cubierta	☐ Electrodo ☐ Filtro ☐ Flujómetro ☐ Fuente ☐ Impresora ☐ Indicador ☐ Instrumental ☐ Interfase ☐ Lámpara ☐ Manguera ☐ Manómetro ☐ Mezclador ☐ Módulo ☐ Motor ☐ Operativo ☐ Pantalla ☐ Pistón ☐ Potenciómetro ☐ Reactivo ☐ Sensor ☐ Software ☐ Tarjeta ☐ Touchscreen ☐ Transductor ☐ Turbina ☐ Válvula ☐ Otro

PROBLEMA:
<u>Visita de mantenimiento preventivo</u>

TRABAJOS REALIZADOS
<u>Revisión general por estado y funcionamiento consistente en verificación de volúmenes, flujos, Pip, PEEP, Vm, ti, relación I:E fugas, alarmas, frecuencia respiratoria, calibración sensor de O2, concentraciones de oxígeno, nebulizador, pantalla sensible al tacto, teclado de membrana, pruebas a la batería, pruebas finales de desempeño del ventilador</u>

OBSERVACIONES:
<u>El ventilador se entrega funcionando correctamente de acuerdo a las especificaciones del fabricante</u>

CLIENTE	DURACIÓN DEL TRABAJO	INSTRUMENTACIÓN S.A.
Nombre: <u>Mireya Valencia</u>	H. Llegada: <u>10:50</u>	Nombre: <u>Fernando Romero</u>
Cargo: <u>C. Biomedica</u>	H. Salida: <u>12:00</u>	Cargo: <u>S-T</u>
Firma: <u>Mireya Valencia</u>		Firma: <u>[Firma]</u>