

Instrumentación S.A.

Soluciones que mejoran la vida

ORDEN DE SERVICIO No. **11750**FECHA: 02/12/2020**DATOS DEL CLIENTE**

Cliente: Hospital Rosario Pungre de Lopez
 Contacto: Ing. Oscar Restrepo
 Teléfono: 380 420 2224
 Ciudad: Valledupar
 Contrato: MSPS
 Daño fuera de Garantía: - - -

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Equipo: Ventilador de Paciente
 Marca: Carefusion
 Modelo: Vela comprehensive
 S/N: CA704845
 Ubicación: UCJ
 Placa: 012-01859

TIPO DE SERVICIO

☐ Alistamiento ☐ Calibración ☐ Capacitación ☐ Correctivo ☐ Cortesia
☐ Demostración ☐ Diagnóstico ☐ Instalación ☐ Otro ☒ Preventivo

TIPO DE PROBLEMA

☐ Electrónico ☐ Neumático ☐ Producto ☐ Software ☒ Otro Cual: Preventivo

TIPO DE ELEMENTO**LÍNEA COMUNICACIONES**

☐ Periférico
☐ Reinstalaciones de Firmware
☐ Reinstalaciones de Software
☐ Reparación Completa
☐ Reparación Componentes
☐ Reparación Estándar
☐ Tarjeta Principal
☐ Otro:

LÍNEA ANALÍTICA

☐ Filtro Emisor/Exhalación
☐ Filtro de Solución Refrigerante
☐ Fuente
☐ Relevé
☐ Sonda de Bloqueo
☐ Sonda de Muestra
☐ Teclado
☐ Válvula de Una Vía
☐ Otro:

LÍNEA MÉDICA

☐ Amplificador ☐ Electrodo ☐ Manguera ☐ Reactivo
☐ Batería ☐ Filtro ☐ Manómetro ☐ Sensor
☐ Cable ☐ Flujo metro ☐ Mezclador ☐ Software
☐ Celda O2 ☐ Módulo ☐ Tarjeta
☐ Compresor ☐ Impresora ☐ Motor ☐ Touchscreen
☐ Consola ☐ Indicador ☐ Operativo ☐ Transductor
☐ CPU ☐ Instrumental ☐ Pantalla ☐ Turbina
☐ Cto. Paciente ☐ Interfase ☐ Pistón ☐ Válvula
☐ Cubierta ☐ Lámpara ☐ Potenciometro ☒ Otro

PROBLEMA:

Visita de mantenimiento Preventivo MTV: 15
HTT: 15

TRABAJOS REALIZADOS

Se realiza revisión general del estado físico y funcional del equipo. Se realiza Test VUT; Prueba de fuga, Calibración de sensor O2, Prueba de batería, alarmas, Pantalla, Cables, monitores, se realiza test de desempeño en parámetros: Vm, VT, PEEP, PIP, Yi, JtE, frecuencia, Fio2, Se utiliza equipo de verificación TSP.

OBSERVACIONES:

Se entrega el equipo funcionando acorde a los estándares del fabricante.

CLIENTE

Nombre: Oscar Restrepo
 Cargo: Ingeniero
 Firma: Oscar Restrepo

DURACIÓN DEL TRABAJO

H. Llegada: 2:00 pm
 H. Salida: 4:00 PM

INSTRUMENTACIÓN S.A.

Nombre: Daniel Alcantar C.
 Cargo: Ing. Servicio Técnico
 Firma: [Firma]