

DATOS DEL CLIENTE	IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO
Cliente: <u>Clinica Prado</u>	Equipo: <u>Ventilador de paciente</u>
Contacto: _____	Marca: <u>carefusion</u>
Teléfono: _____	Modelo: <u>Uela Comprehensive</u>
Ciudad: <u>Santa Marta</u>	S/N: <u>CAT 04735</u>
Contrato: _____	Ubicación: _____
Daño fuera de Garantía: _____	Placa: _____

TIPO DE SERVICIO					
☐ Alistamiento	☐ Calibración	☐ Capacitación	☐ Correctivo	☐ Cortesía	
☐ Demostración	☐ Diagnóstico	☐ Instalación	☐ Otro	☒ Preventivo	

TIPO DE PROBLEMA	
☐ Electrónico	☐ Neumático
☐ Producto	☐ Software
☐ Otro	Cual: _____

TIPO DE ELEMENTO			
LÍNEA COMUNICACIONES	LÍNEA ANALÍTICA	LÍNEA MÉDICA	
☐ Periférico	☐ Filtro Emisor/Exhalación	☐ Amplificador	☐ Electrodo
☐ Reinstalaciones de Firmware	☐ Filtro de Solución Refrigerante	☐ Batería	☐ Filtro
☐ Reinstalaciones de Software	☐ Fuente	☐ Cable	☐ Flujometro
☐ Reparación Completa	☐ Relevo	☐ Celda O2	☐ Fuente
☐ Reparación Componentes	☐ Sonda de Bloque	☐ Compresor	☐ Impresora
☐ Reparación Estándar	☐ Sonda de Muestra	☐ Consola	☐ Indicador
☐ Tarjeta Principal	☐ Teclado	☐ CPU	☐ Instrumental
☐ Otro:	☐ Válvula de Una Vía	☐ Cto. Paciente	☐ Interfase
	☐ Otro:	☐ Cubierta	☐ Lámpara
			☐ Manguera
			☐ Manómetro
			☐ Mezclador
			☐ Módulo
			☐ Motor
			☐ Operativo
			☐ Pantalla
			☐ Pistón
			☐ Potenciometro
			☐ Reactivo
			☐ Sensor
			☐ Software
			☐ Tarjeta
			☐ Touchscreen
			☐ Transductor
			☐ Turbina
			☐ Válvula
			☐ Otro

PROBLEMA:
<u>Lista programada de mantenimiento preventivo.</u>

TRABAJOS REALIZADOS
<u>Se realizó mantenimiento preventivo según protocolo, se realizó limpieza de filtro de refrigeración, pruebas y verificación de parámetros.</u>

OBSERVACIONES:
<u>Equipo en correcto funcionamiento, limpiar más frecuentemente filtro de refrigeración.</u>

CLIENTE	DURACIÓN DEL TRABAJO	INSTRUMENTACIÓN S.A.
Nombre: <u>Sergio Londoño</u>	H. Llegada: <u>2:05 pm</u>	Nombre: <u>Karen Monroy C</u>
Cargo: <u>Sr. B-L G</u>	H. Salida: <u>3:10 pm</u>	Cargo: <u>Ing. Soporte Técnico</u>
Firma: <u>Sergio Londoño</u>		Firma: <u>Karen Monroy C</u>