

DATOS DEL CLIENTE	IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO
Cliente: <u>Sras Clínica Proch</u>	Equipo: <u>Ventilador de Paciente</u>
Contacto: <u>Ing Jessica Pineda</u>	Marca: <u>Corefusion</u>
Teléfono: _____	Modelo: <u>Vela Comprehensive</u>
Ciudad: <u>Santa Marta</u>	S/N: <u>CAT04775</u>
Contrato: <u>2º Visita Garantía</u>	Ubicación: <u>U. C. 1</u>
Daño fuera de Garantía: _____	Placa: <u>07214465</u>

TIPO DE SERVICIO					
☐ Alistamiento	☐ Calibración	☐ Capacitación	☐ Correctivo	☐ Cortesía	☐ Preventivo
☐ Demostración	☐ Diagnóstico	☐ Instalación	☐ Otro	☒	

TIPO DE PROBLEMA	
☐ Electrónico	☐ Neumático
☐ Producto	☐ Software
☐ Otro	Cual: _____

TIPO DE ELEMENTO			
LÍNEA COMUNICACIONES	LÍNEA ANALÍTICA	LÍNEA MÉDICA	
☐ Periférico ☐ Reinstalaciones de Firmware ☐ Reinstalaciones de Software ☐ Reparación Completa ☐ Reparación Componentes ☐ Reparación Estándar ☐ Tarjeta Principal ☐ Otro: _____	☐ Filtro Emisor/Exitación ☐ Filtro de Solución Refrigerante ☐ Fuente ☐ Relvo ☐ Sonda de Bloque ☐ Sonda de Muestra ☐ Teclado ☐ Válvula de Una Vía ☐ Otro: _____	☐ Amplificador ☐ Batería ☐ Cable ☐ Celda O2 ☐ Compresor ☐ Consola ☐ CPU ☐ Cto. Paciente ☐ Cubierta	☐ Electrodo ☐ Filtro ☐ Flujometro ☐ Fuente ☐ Impresora ☐ Indicador ☐ Instrumental ☐ Interfase ☐ Lámpara

PROBLEMA: <u>Visita de mantenimiento preventivo N° 2</u>
--

TRABAJOS REALIZADOS <u>Revisión general, Verificación de volúmenes, Pijos, Pip, Peep, Vm, frecuencia respiratoria, relación I:E, ti, concentraciones de oxígeno, nebulizador, pantalla sensible al tacto, leds, fugas, membranos, pruebas a la batería, alarmas, se realizan pruebas de desempeño del ventilador, estas pasan exitosamente</u>
--

OBSERVACIONES: <u>El equipo se entrega en perfecto estado y funcionamiento correctamente de acuerdo a las especificaciones del fabricante</u>

CLIENTE	DURACIÓN DEL TRABAJO	INSTRUMENTACIÓN S.A.
Nombre: <u>Yessica Pineda Gera</u>	H. Llegada: <u>12:30</u>	Nombre: <u>Fernando Romero</u>
Cargo: <u>Coordinador de Tr. Biomed. U</u>	H. Salida: <u>14:00</u>	Cargo: <u>S. T.</u>
Firma: <u>[Firma]</u>		Firma: <u>[Firma]</u>