

DATOS DEL CLIENTE

Cliente: Hospital Susana Lopez
Contacto: Ing. Ingrid Castaño
Teléfono: 321 726 2643
Ciudad: Popayán
Contrato: M3PS
Daño fuera de Garantía: - -

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Equipo: Ventilador
Marca: Corefusion
Modelo: VELA Comprehensive
S/N: CAT04779
Ubicación: UCI
Placa: 21921

TIPO DE SERVICIO

☐ Alistamiento ☐ Calibración ☐ Capacitación ☐ Correctivo ☐ Cortesia
☐ Demostración ☐ Diagnóstico ☐ Instalación ☐ Otro ☒ Preventivo

TIPO DE PROBLEMA

☐ Electrónico ☐ Neumático ☐ Producto ☐ Software ☒ Otro Cual: Preventivo

TIPO DE ELEMENTO

LÍNEA COMUNICACIONES

☐ Periférico
☐ Reinstalaciones de Firmware
☐ Reinstalaciones de Software
☐ Reparación Completa
☐ Reparación Componentes
☐ Reparación Estándar
☐ Tarjeta Principal
☐ Otro:

LÍNEA ANALÍTICA

☐ Filtro Emisor/Exitación
☐ Filtro de Solución Refrigerante
☐ Fuente
☐ Relevé
☐ Sonda de Bloqueo
☐ Sonda de Muestra
☐ Teclado
☐ Válvula de Una Vía
☐ Otro:

LÍNEA MÉDICA

☐ Amplificador ☐ Electrodo ☐ Manguera ☐ Reactivo
☐ Batería ☐ Filtro ☐ Manómetro ☐ Sensor
☐ Cable ☐ Flujometro ☐ Mezclador ☐ Software
☐ Celda O2 ☐ Fuente ☐ Módulo ☐ Tarjeta
☐ Compresor ☐ Impresora ☐ Motor ☐ Touchscreen
☐ Consola ☐ Indicador ☐ Operativo ☐ Transductor
☐ CPU ☐ Instrumental ☐ Pantalla ☐ Turbina
☐ Cto. Paciente ☐ Interfase ☐ Pistón ☐ Válvula
☐ Cubierta ☐ Lámpara ☐ Potenciómetro ☒ Otro

PROBLEMA:

Preventivo diciembre 2020

TRABAJOS REALIZADOS

Verificación estructural y funcional (OK). horas de uso = 18, se calibra celda O2, se limpia filtro de refrigeración, test de fugas, luces, alarmas, teclado, tactil, batería (OK), test de PEEP, frecuencia, FIO2, PIP, I:E, Vm, Ti (OK), se calibra exp flow XCDR Equipo en óptimas condiciones para su uso acorde a especificaciones de fabricante.

OBSERVACIONES:

Se recomienda mantener conectado equipo a la red eléctrica.

CLIENTE

Nombre: Daniel Felipe Mayu V
Cargo: Ing. Biomedico

Firma: D-F Mayu V

DURACIÓN DEL TRABAJO

H. Llegada: 4:17 PM

H. Salida: 6:30 PM

INSTRUMENTACIÓN S.A.

Nombre: Cristhian C. Escobar A
Cargo: Ing. Soporte Técnico

Firma: C. Escobar A