

DATOS DEL CLIENTE	IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO
Cliente: <u>Clinica VIP</u>	Equipo: <u>Ventilador de Paciente</u>
Contacto: <u>Ing. Jenny Faneth Sanchez C.</u>	Marca: <u>Carefusion</u>
Teléfono: <u>322 466 3941</u>	Modelo: <u>Vela Comprehensive</u>
Ciudad: <u>Bogota</u>	S/N: <u>CAT 04782</u>
Contrato: <u>MSPS</u>	Ubicación: <u>UCS</u>
Daño fuera de Garantía: <u>---</u>	Placa: <u>#3</u>

TIPO DE SERVICIO				
☐ Alistamiento	☐ Calibración	☐ Capacitación	☐ Correctivo	☐ Cortesía
☐ Demostración	☐ Diagnóstico	☐ Instalación	☐ Otro	☒ Preventivo

TIPO DE PROBLEMA	
☐ Electrónico	☐ Neumático
☐ Producto	☐ Software
☒ Otro	Cual: <u>Preventivo</u>

TIPO DE ELEMENTO			
LÍNEA COMUNICACIONES	LÍNEA ANALÍTICA	LÍNEA MÉDICA	
☐ Periférico	☐ Filtro Emisor/Exhalación	☐ Amplificador	☐ Electrodo
☐ Reinstalaciones de Firmware	☐ Filtro de Solución Refrigerante	☐ Batería	☐ Filtro
☐ Reinstalaciones de Software	☐ Fuente	☐ Cable	☐ Flujometro
☐ Reparación Completa	☐ Relevo	☐ Celda O2	☐ Fuente
☐ Reparación Componentes	☐ Sonda de Bloqueo	☐ Compresor	☐ Impresora
☐ Reparación Estándar	☐ Sonda de Muestra	☐ Consola	☐ Indicador
☐ Tarjeta Principal	☐ Teclado	☐ CPU	☐ Instrumental
☐ Otro:	☐ Válvula de Una Vía	☐ Cto. Paciente	☐ Interfase
	☐ Otro:	☐ Cubierta	☐ Lámpara
		☐ Manguera	☐ Manómetro
		☐ Mezclador	☐ Módulo
		☐ Motor	☐ Operativo
		☐ Pantalla	☐ Pistón
		☐ Potenciometro	☐ Reactivo
		☐ Sensor	☐ Software
		☐ Tarjeta	☐ Touchscreen
		☐ Transductor	☐ Turbina
		☐ Válvula	☐ Otro

PROBLEMA:
<u>Visita de mantenimiento preventivo</u>
HTV: <u>1714</u>
HTI: <u>1714</u>

TRABAJOS REALIZADOS
<u>Se realiza revision general del estado fisico y funcional del</u>
<u>Equipo, se realiza test VVT, Pruebas de fugas, alarma, bateria,</u>
<u>Calibración sensor O2, Prueba de Pantalla, membranas, leds</u>
<u>Test de desempeño Para parámetros Vm, VT, PEEP, PIP, Tc, I:E, Frecuencia</u>
<u>% FiO2 Se utiliza equipo de verificación TSI</u>

OBSERVACIONES:
<u>Se entrega el equipo funcionando acorde a las</u>
<u>especificaciones del fabricante.</u>

CLIENTE	DURACIÓN DEL TRABAJO	INSTRUMENTACIÓN S.A.
Nombre: <u>La Daniela Guio Agudelo</u>	H. Llegada: <u>2:45 Pm</u>	Nombre: <u>Daniel Alcantar C.</u>
Cargo: <u>Ing. Biomedica</u>	H. Salida: <u>4:45 Pm</u>	Cargo: <u>Ing. Servicio Técnico</u>
Firma: <u>La Daniela Guio Agudelo</u>		Firma: <u>[Firma]</u>