

DATOS DEL CLIENTE	IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO
Cliente: Clínica Meintegral SAS	Equipo: Ventilador de Paciente
Contacto: Ing. Angela Garzon	Marca: Carefusion
Teléfono: 3054627833	Modelo: Vela comprehensive
Ciudad: Fijeguira, Cundinamarca	S/N: CAT 04783
Contrato: MSPS	Ubicación: UCI
Daño fuera de Garantía: ---	Placa: M2 AB 0326

TIPO DE SERVICIO					
☐ Alistamiento	☐ Calibración	☐ Capacitación	☐ Correctivo	☐ Cortesia	☒ Preventivo
☐ Demostración	☐ Diagnóstico	☐ Instalación	☐ Otro		

TIPO DE PROBLEMA	
☐ Electrónico ☐ Neumático ☐ Producto ☐ Software ☒ Otro	Cual: Preventivo

TIPO DE ELEMENTO		
LÍNEA COMUNICACIONES	LÍNEA ANALÍTICA	LÍNEA MÉDICA
☐ Periférico ☐ Reinstalaciones de Firmware ☐ Reinstalaciones de Software ☐ Reparación Completa ☐ Reparación Componentes ☐ Reparación Estándar ☐ Tarjeta Principal ☐ Otro:	☐ Filtro Emisor/Exhalación ☐ Filtro de Solución Refrigerante ☐ Fuente ☐ Relievo ☐ Sonda de Bloqueo ☐ Sonda de Muestra ☐ Teclado ☐ Válvula de Una Vía ☐ Otro:	☐ Amplificador ☐ Batería ☐ Cable ☐ Celda O2 ☐ Compresor ☐ Consola ☐ CPU ☐ Cto. Paciente ☐ Cubierta ☐ Electrodo ☐ Filtro ☐ Flujómetro ☐ Fuente ☐ Impresora ☐ Indicador ☐ Instrumental ☐ Interfase ☐ Lámpara ☐ Manguera ☐ Manómetro ☐ Mezclador ☐ Módulo ☐ Motor ☐ Operativo ☐ Pantalla ☐ Pistón ☐ Potenciometro ☐ Reactivo ☐ Sensor ☐ Software ☐ Tarjeta ☐ Touchscreen ☐ Transductor ☐ Turbina ☐ Válvula ☒ Otro

PROBLEMA: Visita de mantenimiento Preventivo	MTV: 13
	HT: 13

TRABAJOS REALIZADOS
Se realiza revisión general del estado físico y funcional del equipo, se realiza Test VVT; prueba de fugas, calibración de sensor O2, prueba de batería, alarmas, pantalla, leds, membranas. Test de desempeño en Parámetros: VT, Vm, PEEP, FiO2, Tc, I:E, Frecuencia, % Fio2. Se utiliza equipo de verificación TST.

OBSERVACIONES:
Se entrega equipo funcionando acorde a las especificaciones del fabricante.

CLIENTE	DURACIÓN DEL TRABAJO	INSTRUMENTACIÓN S.A.
Nombre: Andri G.	H. Llegada: 2:00 PM	Nombre: Daniel Alcantar C.
Cargo: Ing. Biomédica	H. Salida: 3:00 PM	Cargo: Ing. Servicio Técnico
Firma: [Firma]		Firma: [Firma]