

DATOS DEL CLIENTE		IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO	
Cliente: <u>Meintegral SAS.</u>	Equipo: <u>Ventilador</u>	Marca: <u>Cojetusión</u>	
Contacto: <u>Ing. Andieo.</u>	Modelo: <u>Vela Comprehensive</u>	S/N: <u>CAT04783</u>	
Teléfono: <u></u>	Ubicación: <u>Uci Covid</u>	Placa: <u>OR 2431</u>	
Ciudad: <u>Zipagura</u>			
Contrato: <u>Coronita</u>			
Daño fuera de Garantía: <u></u>			

TIPO DE SERVICIO				
☐ Alistamiento	☐ Calibración	☐ Capacitación	☐ Correctivo	☐ Cortesía
☐ Demostración	☐ Diagnóstico	☐ Instalación	☐ Otro	☒ Preventivo

TIPO DE PROBLEMA	
☐ Electrónico ☐ Neumático ☐ Producto ☐ Software ☒ Otro	Cual: <u>Mantenimiento Preventivo</u>

TIPO DE ELEMENTO			
LÍNEA COMUNICACIONES	LÍNEA ANALÍTICA	LÍNEA MÉDICA	
☐ Periférico ☐ Reinstalaciones de Firmware ☐ Reinstalaciones de Software ☐ Reparación Completa ☐ Reparación Componentes ☐ Reparación Estándar ☐ Tarjeta Principal ☐ Otro:	☐ Filtro Emisor/Exhalación ☐ Filtro de Solución Refrigerante ☐ Fuente ☐ Relevé ☐ Sonda de Bloqueo ☐ Sonda de Muestra ☐ Teclado ☐ Válvula de Una Vía ☐ Otro:	☐ Amplificador ☐ Batería ☐ Cable ☐ Celda O2 ☐ Compresor ☐ Consola ☐ CPU ☐ Cto. Paciente ☐ Cubierta	☐ Electrodo ☐ Filtro ☐ Flujómetro ☐ Fuente ☐ Impresora ☐ Indicador ☐ Instrumental ☐ Interfase ☐ Lámpara
		☐ Manguera ☐ Manómetro ☐ Mezclador ☐ Módulo ☐ Motor ☐ Operativo ☐ Pantalla ☐ Pistón ☐ Potenciómetro	☐ Reactivo ☐ Sensor ☐ Software ☐ Tarjeta ☐ Touchscreen ☐ Transductor ☐ Turbina ☐ Válvula ☐ Otro

PROBLEMA:	<u>Segundo visita de mantenimiento preventivo</u>
------------------	---

TRABAJOS REALIZADOS	<u>Se realizó revisión general por estado y funcionamiento, limpieza interna y externa, pruebas de desempeño y verificación (Vm, Vr, PEEP, FR, PIP, I:E, Ti, Concentraciones de O2, Batería, nebulizador, alambres y membranas).</u>
----------------------------	--

OBSERVACIONES:	<u>Equipo funciona correctamente.</u>
-----------------------	---------------------------------------

CLIENTE	DURACIÓN DEL TRABAJO	INSTRUMENTACIÓN S.A.
Nombre: <u>Andrés García</u>	H. Llegada: <u>10:00</u>	Nombre: <u>Daily Catherine Calderon</u>
Cargo: <u>Ing. Andieo</u>	H. Salida: <u>12:00</u>	Cargo: <u>Ing. ST</u>
Firma: <u>Andrés G.</u>		Firma: <u>Daily Calderon</u>